

公开招标文件

(政府采购货物服务通用版)

项目编号：WUTH2026040011 (YHXZC-B1-202604-H052)

项目名称：理工科基础及创新实验室设备购置

采 购 人：武汉理工大学

代理机构：湖北昱鸿信招标咨询有限公司

编制时间：2026 年 5 月

目 录

第一章 招标公告（投标邀请书）	2
一、项目基本情况	2
二、投标人的资格要求	3
三、获取招标文件	4
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	4
五、公告期限	4
六、其他补充事宜	4
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。	4
第二章 投标人须知	6
投标人须知前附表	6
投标人须知	9
一、说明	9
二、招标文件	10
三、投标文件	11
四、开标与评标	14
五、投标人信用信息及查询	15
六、中标与合同	16
七、采购信息公告	16
八、质疑及提交	17
九、保密	17
十、相关条文解读	17
十一、适用法律、法规、规章及规范性文件	18
十二、招标文件的解释权	18
第三章 技术、服务及商务要求	19
一、综 述	19
二、技术要求	20
三、商务要求	43
第四章 资格审查方法及标准	45
一、资格审查方法	45
二、资格审查表	45
三、确定资格审查合格投标人	46
第五章 评标方法、程序及标准	47
一、评标方法	47
二、评标程序及标准	47
三、评审因素及评分标准	51
第六章 合同书格式	54
第七章 投标文件格式	57

第一章 招标公告（投标邀请书）

项目概况

理工科基础及创新实验室设备购置招标项目的潜在投标人应在网上或现场获取招标文件，并于2026年05月27日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号：WUTH2026040011（YHXZC-B1-202604-H052）
- 2、项目名称：理工科基础及创新实验室设备购置
- 3、预算金额：300万元（人民币）
- 4、最高限价（如有）：300万元（人民币）
- 5、采购需求：本项目共分2包。投标人可对本次采购的各包进行选择性的投标，也可同时投标；但评审时将以包为单位进行独立评审，分别确定中标人，投标人可中多包。投标人若同时响应多个包，则须分别编制投标文件、分别报价。各包报价均不得超过各包预算金额，否则按该包无效投标处理。

包号	名称	采购内容	数量	单位	预算金额（万元）	备注
1	理工科基础及创新实验室设备购置（物理）	密立根油滴仪	15	台	人民币193.097万元，投标人报价均不得超过该包预算金额，否则按无效投标文件处理。	1. 本包不接受进口产品投标； 2. 本包核心产品为射频微波电子标签实验平台。
		示波器	6	台		
		光电效应实验仪	12	台		
		投影机（含80寸幕布）	2	台		
		空调	3	台		
		智能门锁	3	个		
		热膨胀实验仪	5	台		
		金属比热容测量仪	14	台		
		读数显微镜	4	台		
		射频微波电子标签实验平台	1	台		
		高校理工课程智慧阅卷系统	1	套		
		QEC量子散射演示软件	1	套		
		光电探测器特性测试实验平台	5	台		
		光纤光谱仪	5	台		
		532nm激光器	1	台		
		360nm激光器	1	台		
		数字示波器	30	台		
		He-Ne气体激光器系统	4	套		

		信创边缘人工智能实验开发平台	5	套		
2	理工科基础及创新实验室设备购置（力学）	理论力学多功能实验系统	3	台	人民币 106.903 万元，投标人报价均不得超过该包预算金额，否则按无效投标文件处理。	1. 本包不接受进口产品投标； 2. 本包核心产品为 多尺度应变测试系统 。
		静态应变仪	78	套		
		超动态信号测试分析系统	1	套		
		多尺度应变测试系统	1	套		

6、合同履行期限：交货期：合同签订后 3 个月内交货；质保期：自验收合格之日起至少 1 年。

7、本项目（不接受）联合体投标。

二、投标人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

包 1：本政府采购项目**非**专门面向中小企业，本项目落实政府采购中小企业扶持政策，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“**工业**”（投标人需提供相应中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明文件）。

包 2：本政府采购项目**是**专门面向中小企业，本项目落实政府采购中小企业扶持政策，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“**工业**”（投标人须提供相应中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明文件）。

3. 本项目的特定资格要求：

（1）投标人参加政府采购活动未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单等；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

三、获取招标文件

1、时间：2026 年 05 月 07 日至 2026 年 05 月 14 日，每天上午 9:00 至 11:30，下午 14:30 至 17:00
(北京时间，法定节假日除外)

2、地点：网上或现场

3、方式：符合资格的投标人应当在获取时间内，通过以下方式获取招标文件。

方式一：线下（地址：武汉市武昌区中北路海山金谷楚商大厦 18 楼 1801 室）

①法定代表人自己领取的，凭法定代表人身份证明书及法定代表人身份证领取。

②法定代表人委托他人领取的，凭法定代表人授权书及受托人身份证领取。

③获取文件信息登记表

以上材料均需加盖公章。

方式二：线上

①法定代表人自己领取的，凭法定代表人身份证明书及法定代表人身份证领取。

②法定代表人委托他人领取的，凭法定代表人授权书及受托人身份证领取。

③获取文件信息登记表（格式见附件）

将加盖公章的以上资料扫描件发送至 1049374578@qq.com 邮箱。

4、售价：招标文件每包售价 500 元/包，售后不退。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026 年 05 月 27 日 09 点 00 分（北京时间）

开标时间：2026 年 05 月 27 日 09 点 00 分（北京时间）

地点：湖北昱鸿信招标咨询有限公司（武汉市武昌区中北路海山金谷楚商大厦 18 楼 1801 室）

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目将在《中国政府采购网》（<http://www.ccgp.gov.cn/>）、《武汉理工大学采购与招标管理办公室》（网址：<http://cgyztb.whut.edu.cn/>）上发布所有信息，请参加本项目投标人密切关注。

2. 政府采购相关政策执行：落实政府采购强制、优先采购节能产品政策；政府采购优先采购环保产品政策；政府采购促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）；支持本国产品等政策。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：武汉理工大学

地 址：洪山区珞狮南路 122 号

联系方式：舒老师 027-87285928

2. 采购代理机构信息

名 称：湖北昱鸿信招标咨询有限公司

地 址：武汉市武昌区中北路海山金谷楚商大厦 18 楼 1801 室

联系方式：027-87318566

3. 项目联系方式

项目联系人：项丽文、王善国、曹智建、徐敏、李文佳、程欢、张捷

电 话：027-87318566

第二章 投标人须知

投标人应仔细阅读本《投标人须知前附表》，下表所列内容是对“投标人须知”的具体补充和说明。如有矛盾，应以本表为准。

投标人须知前附表

条款号	名 称	内 容
2.1	采购人	武汉理工大学
2.2	监管部门	财政部
2.3	采购代理机构	湖北昱鸿信招标咨询有限公司
2.8	进口产品	☒ 不接受 ☐ 接受，接受进口的产品为：_____
2.9	支持本国产品	☒ 适用，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 ☐ 不适用
3	项目属性	☒ 货物 ☐ 服务
4.3	代理服务费	参照原计价格[2002]1980 号文、发改办价格[2003]857 号文及发改价格[2011]534 号文有关规定标准的 85%（不足 4000 元，按 4000 元收取），由中标人向采购代理机构支付代理服务费。 招标代理服务费由中标人在领取中标通知书的同时向采购代理机构支付，并同时领取发票。 采购代理机构银行账户信息： 户 名：湖北昱鸿信招标咨询有限公司 开户行：招商银行武汉街道口支行 账 号：127922314410001 其他事项：中标人开具代理服务费发票时需提供以下开票信息：1）开票单位全称、2）纳税人识别号（或统一社会信用代码）、3）营业执照地址、4）单位联系电话、5）开户行及账号
6.4	答疑会	☒ 不召开 ☐ 召开，召开时间：_____ 召开地点：_____
8.1	现场考察	☒ 不集中组织 ☐ 集中组织，召集时间：_____ 召集地点：_____
12.1	报价单位	人民币
13	备选方案	☒ 不接受 ☐ 接受
14.1	中标后分包	不允许

15.1	联合体投标	☒ 不接受 ☐ 接受
17.1	投标保证金	保证金要求：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 保证金金额：包 1：人民币壹万玖仟元整（¥19,000.00 元）；包 2：人民币壹万元整（¥10,000.00 元）。（按预算金额 1%收取，不超过 10 万元） 保证金递交要求：在提交投标文件截止时间前未按规定从投标人账户汇至指定账户的视为未提交投标保证金。 收款银行账户信息： 户 名：湖北昱鸿信招标咨询有限公司 开户行：招商银行武汉街道口支行 账 号：127922314410001 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还；未中标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还。
18.1	投标有效期	提交投标文件截止之日起 90 日历日
19.1	投标文件形式	(1) 纸质版：正本 <u>1</u> 份；副本 <u>4</u> 份，副本可为正本的复印件； (2) 电子版：未加密 PDF 格式（正本的扫描件），电子版内容应与投标文件正本一致；份数：<u>1</u> 份；形式：<u>U</u> 盘。 (3) 为方便开启时唱标（如有），投标人应将《报价一览表》原件及《交纳保证金的银行凭证》（若有交纳保证金要求的）各两份一并装入一个信封，单独密封提交，并在信封上标明“采购项目编号/包号、项目名称、报价一览表”字样。 所有投标文件接收后概不退还。 投标文件密封封套上应载明的信息： _____（项目名称）投标文件 项目编号：_____ 包 号：_____ 在____年__月__日__时__分之前不得启封 投标人名称：_____
19.2	样品	☒ 不需要 ☐ 需要，样品的包装及递交要求：_____
19.3	现场演示	☒ 不需要 ☐ 需要，演示要求：_____
20.1	投标文件递交截止时间	详见第一章“招标公告（投标邀请书）”
22.1	开标时间、地点	详见第一章“招标公告（投标邀请书）”
24.1	评标办法	综合评分法 详见第五章“评标方法、程序及标准”要求
25.1	评标委员会	由采购人代表和评审专家共 5 人或 5 人以上单数组成，其中评审专家人数不少于总数的 2/3。除非招标文件另有规定，评审专家将从政府采购评审专家库中随机抽取。
28.3	多标包中标候选人规定	投标人可就本招标项目多标包投标，采购人按标段择优选择中标人，同一投标人可多投多中。

30.1	履约保证金	☒ 不需要 ☐ 需要 履约保证金金额：合同总金额的__%。（不得超过合同金额的10%，并在合同中明确） 履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
30.5	付款方式	详见第三章 技术、服务及商务要求
32	质疑提交	1、投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 2、投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 3、提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目招标活动的投标人。 4、潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。 质疑时应提交书面质疑函一份（法定代表人签名、加盖单位公章），并附相关证据材料。联系电话：027-87318566，邮箱：1049374578@qq.com。 对于不符合上述条件的质疑将不予受理。
其他		/

注意：投标人应随时关注第一章招标公告（投标邀请书）中指定网站发布的本招标项目的相关信息（答疑、澄清、通知公告等）。

补充说明：

1) 除本招标文件另有规定外，招标文件中出现的类似于“近三年”或“前三年”、“近五年”或“前五年”均指递交投标文件时间以前3年或前5年，以此类推。如：递交投标文件时间为2018年12月1日，则“近三年”是指2015年12月1日至2018年11月30日。

2) 关于提交经审计的财务报告的年份要求：递交投标文件时间如在当年6月30日以前，则近三年指上上年度往前推算的三年，如递交投标文件时间为2018年6月9日，则“近三年”是指2014年度、2015年度、2016年度。

递交投标文件时间如在当年6月30日以后，则近三年是指上年度往前推算的3年，如递交投标文件时间为2018年12月1日，则“近三年”是指2015年度、2016年度、2017年度。

3) 本招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，均包括本数；所称的“不足”，不包括本数。

4) 《投标人须知前附表》中，“☑”代表选中，“□”代表未选中。

投标人须知

一、说明

1. 适用范围

招标文件仅适用于第一章“招标公告（投标邀请书）”中所述项目的货物、工程及服务的采购。

2. 定义

2.1 “**采购人**”是指：本次招标的采购人，详见《投标人须知前附表》。

2.2 “**监管部门**”是指：本次招标的监管部门，详见《投标人须知前附表》。

2.3 “**采购代理机构**”是指：本次招标的采购代理机构，详见《投标人须知前附表》。

2.4 “**投标人**”是指：响应本招标文件要求，参加投标的法人、其他组织或者自然人。

2.5 “**合格的投标人**”是指：资格审查和符合性审查合格的投标人。

2.6 “**中标人**”是指：经评标委员会评审推荐，采购人授予合同的投标人。

2.7 “**投标文件**”是指：投标人根据招标文件要求，编制的包含价格、技术、服务和合同草案条款等所有内容的文件。

2.8 “**进口产品**”是指：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.9 “**支持本国产品**”是指：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）等要求的规定：**政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。投标人对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，是其产品享受政府采购对本国产品支持政策的先决条件。**

3. 项目属性定义

3.1 “**货物**”是指：各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

1) 招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。

2) 投标的货物应是合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等履约。

3.2 “**工程**”是指：与建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮无关的工程。

3.3 “**服务**”是指：除前述“货物”和“工程”以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和采购人向社会公众提供的公共服务。

4. 费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

4.2 中标人须在收到中标通知书时向采购代理机构支付代理服务费。服务费支付标准和方法详见《投标人须知前附表》。

4.3 原国家计委计价格[2002]1980号规定收费标准：

中标金额（万元）	货物	服务	工程
100 以下	1.5%	1.5%	1.0%
100-500	1.1%	0.8%	0.7%
500-1000	0.8%	0.45%	0.55%
1000—5000	0.5%	0.25%	0.35%
5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%
10000-100000	0.05%	0.05%	0.05%
100000 以上	0.01%	0.01%	0.01%

注：代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某**货物**招标项目中标金额为 600 万元，计算代理服务收费金额如下：

100 万元×1.5%=1.5 万元

(500-100)万元×1.1%=4.4 万元

(600-500)万元×0.8%=0.8 万元

合计收费=1.5+4.4+0.8=6.7 万元

二、招标文件

5. 招标文件的构成

第一章 招标公告（投标邀请书）

第二章 投标人须知

第三章 技术、服务及商务要求

第四章 资格审查方法及标准

第五章 评标方法、程序及标准

第六章 合同书格式

第七章 投标文件格式

其 他 在招标过程中由采购代理机构发出的澄清、修改和补充文件等

6. 招标文件疑问的提交

6.1 潜在投标人获取招标文件后，应认真检查，如发现页数不全、附件缺失、印刷模糊等，应及时通知采购代理机构补全或更换，否则风险自负。

6.2 潜在投标人对招标文件有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，或在 6.3 规定的时间前以书面形式向采购代理机构提交疑问函。

6.3 潜在投标人在项目招标公告期限届满之日起 7 个工作日内未对招标文件提出疑问的，采购机构将视其认同招标文件，在规定的时间内就招标文件内容提出的询问将不予受理。

6.4 对潜在投标人提交的疑问，采购代理机构和采购人将以书面形式（或网上公告）给所有获取招标文件的潜在投标人予以答复（答复中不包括问题的来源），采购代理机构和采购人认为必要时可召开答疑会，并将会议内容告知所有潜在投标人。

7. 招标文件的澄清、修改

7.1 采购人和采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人和采购代理机构将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

7.2 为使潜在投标人有充足时间对招标文件的澄清或者修改的内容进行研究和响应，采购人和采购代理机构可适当顺延提交投标文件的截止时间，并以书面形式（或网上公告）通知所有领取招标文件的

潜在投标人。

7.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购代理机构确认收悉。

7.4 招标文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，对同一条款的评判标准适用于每个投标人。

8. 现场考察

8.1 采购人可以视项目的具体情况，在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察，潜在投标人可对项目现场及周围环境进行考察，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。

8.2 采购人向潜在投标人提供有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被潜在投标人利用的客观资料，采购人对潜在投标人依此作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

8.3 经采购人允许，潜在投标人可进入项目现场进行考察，但潜在投标人不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。潜在投标人应自行承担现场考察的全部费用、责任和风险。

三、投标文件

9. 投标的语言和计量单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的相关证明文件、资料或文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的相关内容时以中文翻译本为准。

9.2 除非招标文件中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定的计量单位。

10. 投标文件的构成

10.1 投标人编制的投标文件应包括但不限于本文件第七章投标文件格式要求提供的内容。

11. 投标文件编制

11.1 如本项目包含多个标包，投标人拟参与多个标包投标的，应按每标包要求分别编制、装订和封装（“装订和封装”指招标文件规定接收投标文件的情况）投标文件，并注明对应包号。

11.2 投标人应认真阅读并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的澄清、修改和补充文件），并对招标文件提出的条件和要求作出明确响应。如因投标人只填写和提供了招标文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由投标人自行承担。

11.3 投标人应按照招标文件第七章“投标文件格式”的要求编制投标文件。投标人可根据实际情况对投标文件的格式及内容适当添加、调整，但应包含招标文件要求填写的内容，无相应内容可填的，应填写“无”、“不适用”、“未测试”、“没有相应指标”等文字。如招标文件未规定格式的，相关格式由投标人自定。

11.4 投标人须对所提供产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，投标人应承担相应后果，并负责赔偿。投标人为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

11.5 投标人应对所提交全部资料的真实性、合法性承担法律责任，如有虚假，将依法承担相应责任。投标人应自觉接受采购人或采购代理机构对其中任何资料进一步核实的要求。

12. 投标报价

12.1 除非招标文件另有要求，投标人所提供的货物（工程或服务）均应以人民币作为货币单位。

- 12.2 招标文件允许以多种货币报价的，在进行价格评审时，以投标文件递交当日中国银行总行首次发布的外币对人民币的现汇卖出价进行报价货币对人民币的转换以计算评审价格。
- 12.3 本采购项目预算金额详见第一章招标公告（投标邀请书）。投标人的报价不得超过该预算金额，**否则按无效投标处理**。招标文件设置了最高限价的，投标人的报价不得超过最高限价，**否则按无效投标处理**。报价应包含完成招标文件采购需求全部内容的所有费用，所有根据招标文件或其它原因应由投标人支付的税款和其他应交纳的费用都应包括在报价中，但投标人不得以低于其成本的价格进行报价。
- 12.4 投标人应对项目招标范围内的全部内容及合同条款进行报价，并按招标文件规定的格式报出。报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则在评审时不予核减。**报价中不得缺、漏项或只投其中的部分内容，否则按照无效投标处理**。
- 12.5 对于招标文件未列明，而投标人认为必需的其他费用也需列入其投标总价。在合同实施时，采购人将不予支付投标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在其投标总价中。
- 12.6 每一种规格的货物（工程或服务）只允许有一个报价，**否则按照无效投标处理**。
- 12.7 投标人的投标报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。故投标人的投标总价应包含本招标内容全部工作所需的一切费用。投标人应根据本招标文件的规定和要求、市场价格水平及其走势、投标人的管理水平、投标方案和由这些因素决定的投标人之于本项目的成本水平等提出自己的合理报价。对在合同实施过程中可能发生的其它费用（如：增加耗材、材料涨价、人工、后期维护、技术支持、运输成本增加等因素），采购人不予支持。
- 12.8 中标人负责本项目所需的售后服务等全部工作，招标文件另有规定的除外。

13. 备选方案

- 13.1 只允许投标人提供一个投标方案（招标文件中要求提供备选方案的除外），**否则按照无效投标处理**。
- 13.2 本项目若接受备选方案的，投标人在投标文件中只能提供一个备选方案并注明主选方案，且备选方案的投标价格不得高于主选方案。评标时仅对主选方案评议。如果投标人提供两个以上备选方案或未注明主选方案，其投标将被拒绝。

14. 中标后分包

- 14.1 本项目是否允许中标后分包详见《投标人须知前附表》。
- 14.2 招标文件规定项目非主体、非关键性工作中标后可以分包的，投标人拟在中标后将项目的非主体、非关键性工作分包，应当在投标文件中载明具备相应资质条件的分包承担主体，分包承担主体不得再次分包。

15. 联合体投标

- 15.1 本项目是否允许联合体投标详见《投标人须知前附表》。
- 15.2 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。
- 15.3 以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的投标人均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合体协议书，载明联合体各方承担的工作和义务。
- 15.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
- 15.5 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
- 15.6 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人

确定资质等级。

- 15.7 以联合体形式参与投标的，其政府采购政策价格扣除相关规定详见第五章“评标方法、程序及标准”。

16. 资格证明文件

- 16.1 投标人应按本节及第四章资格审查方法及标准中《资格审查表》的要求，提供足以证明其符合资格要求且中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的组成部分。
- 16.2 证明材料仅限于投标人单位本身，母公司、股东单位和子公司的材料不能作为证明材料，但投标人单位兼并的企业的材料可作为证明材料。
- 16.3 资格证明文件正本应为原件清晰复印件，**否则按照无效投标处理**，副本可为正本的复印件。

17. 投标保证金

- 17.1 是否交纳投标保证金及递交要求详见本章《投标人须知前附表》。
- 17.2 招标文件要求交纳保证金的，投标人应在投标文件中提供已交纳保证金的凭证。投标人**同时参加多个标包投标的，应按标包分别交纳投标保证金**。投标人应在投标文件递交截止时间前，按规定将投标保证金汇入招标文件指定专用账户。
- 17.3 投标保证金应按以下方式递交：
- 1) 应以电汇或网上银行方式汇入保证金账户，不得以个人名义、不得以现金方式交纳。
 - 2) 到账时间以到达指定账户时间为准。
- 17.4 **未按招标文件要求递交投标保证金，或交纳保证金的账户名称与投标人名称不一致的按照无效投标处理。**
- 17.5 采购代理机构将在自中标通知书发出之日起5个工作日内（如无质疑或投诉）退还未中标人的投标保证金；自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。
- 17.6 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构将在自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
- 17.7 投标保证金将直接退还至投标人交纳时的账户，不以现金方式退还。
- 17.8 **投标人有下列情形之一，其投标保证金不予退还：**
- 1) 在投标文件有效期内撤销投标文件的；
 - 2) 在投标文件中提供虚假材料的；
 - 3) 中标后无正当理由拒绝签订政府采购合同的；
 - 4) 串通投标、恶意串通的；
 - 5) 法律、法规和招标文件中规定的其它不予退还投标保证金的情形。

18. 投标有效期

- 18.1 投标有效期详见本章《投标人须知前附表》中的规定。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。**投标有效期不足的，按照无效投标处理。**
- 18.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人或采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购人或采购代理机构的这种要求，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人不会被要求和允许修正其投标内容，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本章“投标保证金”的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

19. 投标文件形式、样品及现场演示

19.1 投标文件形式

- 1) 投标文件包括正本、副本及单独提供的法定代表人授权委托书（或法定代表人身份证明书）。
- 2) 投标文件正、副本的数量见《投标人须知前附表》。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”，副本可采用正本的复印件，若副本与正本不符，以正本为准；如单独提供的报价一览表与投标文件正本不符，以单独提交的报价一览表为准。
- 3) 投标文件用纸应统一为 A4 规格（图纸、效果图等除外）。需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或授权代表（签名）并加盖公章。由授权代表（签名）的，投标文件中应提交《法定代表人授权书》。投标人为自然人的，由投标人本人签名并附身份证明。
- 4) 投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或授权代表在旁边签名才有效。
- 5) 投标文件应当采用不可拆卸的方法装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损及由此产生的后果由投标人承担。
- 6) 投标文件正本、副本应进行密封包装，封包加盖投标人公章，并注明项目编号、包号、项目名称、投标人名称及“（**时间）前不得启封”的字样。
- 7) 如果未按要求密封或加写标记存在错误，采购代理机构对其误投或提前启封概不负责。

19.2 样品

- 1) 本项目是否接收样品详见《投标人须知前附表》。
- 2) 招标文件要求提交样品的，样品应在递交投标文件截止时间之前，由投标人授权代表凭法定代表人授权书（原件）、本人身份证（原件）递交到指定地点。提交样品的相关规定详见《投标人须知前附表》。
- 3) 采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购代理机构将及时退还未中标人，或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，将按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

19.3 现场演示

本项目在评审时是否需要演示及相关要求详见《投标人须知前附表》。

20. 投标文件递交

20.1 投标人递交投标文件的截止时间：见《投标人须知前附表》。

20.2 投标人应当在投标截止时间前，按要求将投标文件递交或邮寄送达（如招标公告允许接收邮寄），递交地点见《投标人须知前附表》。采购代理机构收到投标文件后向投标人出具签收凭证。逾期送达的或者未送达指定地点的，采购人和采购代理机构将拒收。

20.3 除《投标人须知前附表》另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

21. 投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

21.2 投标有效期内投标人不得撤销其投标文件，否则按照本章“投标保证金”的规定其投标保证金不予退还。

四、开标与评标

22. 开标

22.1 采购代理机构在第一章“招标公告（投标邀请书）”中约定的日期、时间和地点组织开标。

22.2 投标人法定代表人或其授权代表应携带有效身份证明参加项目开标会，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。截止投标文件递交时间，投标人不足 3 家的，不进行开标。

- 22.3 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由招标代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。
- 22.4 招标代理机构负责对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员对开标记录进行签字确认。
- 22.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、招标代理机构将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。

23. 资格审查

- 23.1 开标结束后，采购人与采购代理机构依据法律、法规及招标文件的规定，对投标人的资格进行审查，审查办法详见第四章“资格审查方法及标准”。

24. 评标方法

- 24.1 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）规定，评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目所采用评标方法见《投标人须知前附表》。

25. 评标委员会的组成

- 25.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人或 5 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；采购预算金额在 1000 万元及以上、技术复杂或社会影响较大的项目，评标委员会成员人数应当为 7 人及以上单数。
- 25.2 评审专家依法从政府采购专家库中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

26. 评标程序

- 26.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
- 1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
 - 2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
 - 3) 对投标文件进行综合比较和评价；
 - 4) 确定中标候选人名单或中标人；
 - 5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

- 26.2 评标程序详见第五章“评标方法、程序及标准”。

五、投标人信用信息及查询

27. 信用信息查询渠道及使用规则

- 27.1 按照《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的要求，参与政府采购的投标人，信用记录的查询渠道为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及“中国政府采购网”。
- 27.2 列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，采购代理机构**拒绝**其参与政府采购活动。
- 27.3 两个及以上自然人、法人或者其他组织组成联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用信息。
- 27.4 在资格审查与评标工作未同日进行的特殊情形下，采购代理机构工作人员在评标时对投标人的信用信息进行复核，发现评标当日存在不良信用信息的，由评标委员会按照符合性审查不合格作**无效**投标处理。

六、中标与合同

28. 确定中标人

- 28.1 采购代理机构应当在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。
- 28.2 采购人收到评标报告 5 个工作日内，按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。
- 28.3 允许投标人同时参与多标包投标的，确定中标候选人的办法详见《投标人须知前附表》。
- 28.4 中标候选人并列的：
 - 1) 采用最低评标价法的，评审结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列，由采购人确定或者采购人委托评标委员会以投票方式确定中标人。
 - 2) 采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由采购人确定或者采购人委托评标委员会以投票方式确定中标人。
- 28.5 中标人的数量有其他规定的，按招标文件相关规定执行。
- 28.6 中标人确定后，采购代理机构在政府采购监管部门指定的媒体上发布中标公告，同时向中标人和采购人发出《中标通知书》。《中标通知书》是政府采购合同的组成部分，对中标人和采购人具有同等法律效力。
- 28.7 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。中标人应向采购人提供完整的投标文件存档。
- 28.8 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

29. 合同授予

- 29.1 除本章“确定中标人”规定及其他法律规定的情形外，**采购人把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求且排名第一的中标人。**

30. 合同签订

- 30.1 招标文件对履约保证金有规定的，中标人应按规定缴纳履约保证金。有关履约保证金的规定详见《投标人须知前附表》。未按要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
- 30.2 采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件规定和中标人投标文件的承诺，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
- 30.3 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
- 30.4 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。
- 30.5 付款方式，详见《投标人须知前附表》。
- 30.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
- 30.7 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

七、采购信息公告

31. 公告的媒体及规定

- 31.1 采购代理机构在招标活动中的公告、补充、更正、结果等采购信息均依法在政府采购监管部门指定媒体上发布。

- 31.2 采购代理机构在自中标人确定之日起2个工作日内，在政府采购监管部门指定媒体上公告中标结果，中标公告的公示期为1个工作日。
- 31.3 资格审查未通过的投标人可在中标公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本人的资格审查情况。
- 31.4 采用综合评分法评审的项目，未中标人可在中标公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本人的评审得分与排序。

八、质疑及提交

32. 质疑及提交

投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑提交要求详见《投标人须知前附表》。

33. 投标人应知其权益受到损害之日是指：

- 33.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
- 33.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；
- 33.3 对中标结果提出质疑的，为中标公告期限届满之日。

34. 质疑书应当包括下列主要内容：

- 34.1 质疑人的名称或姓名、地址、邮编、联系人及联系电话等；
- 34.2 被质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；
- 34.3 质疑项目名称及编号/标包、质疑事项和明确的请求；
- 34.4 质疑事项的事实根据、法律依据及其他必要的证明材料；
- 34.5 提出质疑的日期；
- 34.6 质疑人的署名及签章（质疑人为自然人的，应当由本人签名；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章）；
- 34.7 法人授权委托书（质疑人或法人委托代理人办理质疑事务的，应当提供授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项）。

35. 不予受理的情形

投标人未按本章“质疑及提交”规定的时限、内容及方式进行质疑的，采购代理机构不予受理。

九、保密

36. 凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标意向等，采购人、采购代理机构、监管人员、评标委员会及有关工作人员均不得向投标人或其它无关的人员透露。

十、相关条文解读

37. 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额（根据财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库[2022]3号），“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）罚款等行政处罚。
38. 按照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》的规定，各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的投标人作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。
39. 投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

十一、适用法律、法规、规章及规范性文件

40. 采购人、采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）及相关法律法规。
41. 政府采购合同的履行、违约责任和争议解决的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

十二、招标文件的解释权

42. 招标文件的最终解释权为采购人、采购代理机构所有。

第三章 技术、服务及商务要求

一、综 述

包 1：理工科基础及创新实验室设备购置（物理）

包号	包名称	序号	货物名称	数量	单位	预算金额 （万元）	是否为进 口产品	是否为核心 产品
包 1	理工科基础及创新实验室设备购置（物理）	1	密立根油滴仪	15	台	193.097	否	否
		2	示波器	6	台		否	否
		3	光电效应实验仪	12	台		否	否
		4	投影机（含 80 寸幕布）	2	台		否	否
		5	空调	3	台		否	否
		6	智能门锁	3	个		否	否
		7	热膨胀实验仪	5	台		否	否
		8	金属比热容测量仪	14	台		否	否
		9	读数显微镜	4	台		否	否
		10	射频微波电子标签实验平台	1	台		否	是
		11	高校理工课程智慧阅卷系统	1	套		否	否
		12	QEC 量子散射演示软件	1	套		否	否
		13	光电探测器特性测试实验平台	5	台		否	否
		14	光纤光谱仪	5	台		否	否
		15	532nm 激光器	1	台		否	否
		16	360nm 激光器	1	台		否	否
		17	数字示波器	30	台		否	否
		18	He-Ne 气体激光器系统	4	套		否	否
		19	信创边缘人工智能实验开发平台	5	套		否	否
		注：投标人的投标报价不得超过本包预算金额，否则按无效投标处理。						

包 2：理工科基础及创新实验室设备购置（力学）

包号	包名称	序号	货物名称	数量	单位	预算金额 (万元)	是否为进 口产品	是否为核心 产品
----	-----	----	------	----	----	--------------	-------------	-------------

包 2	理工科基础及创新实验室设备购置（力学）	1	理论力学多功能实验系统	3	台	106.903	否	否
		2	静态应变仪	78	台		否	否
		3	超动态信号测试分析系统	1	台		否	否
		4	多尺度应变测试系统	1	套		否	是
		注：投标人的投标报价不得超过本包预算金额，否则按无效投标处理。						

二、技术要求

说明：

①本采购需求描述中涉及品牌（如有）、规格、型号、尺寸及重量的均为参考，投标人可提供同等档次或更高档次产品，并提供相应技术参数证明其符合采购需求；

②标注“★”的代表关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，“#”代表重要指标，无标识则表示一般指标项；

③投标货物如属于强制节能产品品目内的，依据财库[2019]9号文的规定，应提供节能产品政府采购品目证书证明材料，否则按无效投标处理。

④“投标人须提供包含相关指标项的证明材料，填“有”的，证明材料可以使用制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方检测机构提供的检验报告或其他相关证明材料，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。填“无”的，投标人提供加盖公章满足技术要求承诺函证明材料或在技术指标响应/偏离表中响应。如招标文件第三章采购需求中对是否需要证明材料有明确要求的，以第三章采购需求为准。”

包 1：理工科基础及创新实验室设备购置(物理)

1. 货物/服务名称			密立根油滴仪	数量：15 套
主要功能要求			验证电荷的不连续性；测量基本电荷电量；了解 CCD 图像传感器的原理与应用；学习电视显微测量方法。	
应遵循的相关国家标准、行业标准等标准、规范			☒ 无 ☐ 有，要求：_	
密立根油滴仪 技术指标				
序号	指标项	重要性	指标要求	需提供证明材料要求
1	电子分划板	★	同屏显示电子格线分度值：需电子方式产生，总高度 $\geq 2\text{mm}$ ，两种刻度规格可切换，分别用于密立根和布朗运动实验： A 板： $\leq 0.25\text{mm/格}$ ，B 板： $\leq 0.04\text{mm/格}$	☐ 无 ☒ 有，要求：制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方检测机构提供的检验报告或其他相关证明材料。
2	实验处理软件	#	至少具备功能：可根据学生的学号/姓名生成实验数据报告，自动解算，支持动态法和静态法，可打印、保存、调阅。	☐ 无 ☒ 有，要求：制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方检测机构提供的检验

				报告或其他相关证明材料。
3	喷雾器部分	#	须有存放喷雾器的存储槽	☐ 无 ☒ 有,要求: 制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方检测机构提供的检验报告或其他相关证明材料。
4	平均相对误差	#	<3%	☐ 无 ☒ 有,要求: 制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方检测机构提供的检验报告或其他相关证明材料。
5	平行极板间距		≥5.00mm±0.01mm	☒ 无 ☐ 有, 要求:
6	同屏显示数字电压表		至少覆盖 0~999V ± 1V	☒ 无 ☐ 有,要求:
7	同屏显示数字计时器		至少覆盖 0~99.99 秒 ± 0.01 秒	☒ 无 ☐ 有,要求:
8	电视显微镜		放大倍数≥60×（标准物镜，焦距40mm，线视场 5mm）与面阵 CCD 一体化设计。	☒ 无 ☐ 有,要求:
9	CCD		面阵 CCD，灵敏度：不低于 0.01Lx，分辨率：不低于 600 电视线，≥576×768 像素	☒ 无 ☐ 有,要求:
10	显示方式		至少包含：电压值、计时值、油滴象同屏显示，可任意送往监视器、电视机、微机、投影仪等多种终端；	☒ 无 ☐ 有,要求:
11	操作按键		轻触式开关，寿命大于 100 万次	☒ 无 ☐ 有,要求:
12	其它要求	#	每台设备需配置二维码，至少可查阅说明书、操作视频、本机信息以及故障报修。	☐ 无 ☒ 有,要求: 制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方检测机构提供的检验报告或其他相关证明材料。
2. 货物/服务名称			示波器	数量：6 套
主要功能要求			将电信号转化成视觉图形，以便观测；将各种物理参数转化成电信号，观测各种物理参数的数量和变化；	
应遵循的相关国家标准、行业标准等标准、规范			☒ 无 ☐ 有, 要求：_	
示波器 技术指标				
序号	指标项	重要性	指标要求	需提供证明材料要求
1	带宽		不低于100M	☒ 无 ☐ 有,要求:
2	通道数		≥2	☒ 无 ☐ 有,要求:

3	垂直分辨率		≥8位	☒ 无 ☐ 有,要求:
4	实时采样率		≥1GSa/s	☒ 无 ☐ 有,要求:
5	单通道记录长度		≥10M点	☒ 无 ☐ 有,要求:
6	显示		不小于7英寸WVGA（800x480）的高分辨率TFT LCD屏幕显示,具备256色阶显示功能,强化波形表现;	☒ 无 ☐ 有,要求:
7	双显示视窗放大功能	#	至少具备同时显示主要波形和放大波形两部分内容的功能	☐ 无 ☒ 有,要求:制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方检测机构提供的检验报告或其他相关证明材料。
8	自动测量功能		不少于36项,至少总体包含三种重要的参数类别:幅度、时间/频率和延迟,可测两路波形的相位差;	☒ 无 ☐ 有,要求:
9	图片预览功能		可放大至全屏预览	☒ 无 ☐ 有,要求:
3. 货物/服务名称			光电效应仪	数量: 12 套
主要功能要求			了解光电效应的规律,加深对光的量子性的理解;测量普朗克常数 h; 测量光电管的伏安特性曲线。	
应遵循的相关国家标准、行业标准等标准、规范			☐ 无 ☐ 有,要求: _____	
光电效应仪技术指标				
序号	指标项	重要性	指标要求	需提供证明材料要求
1	微电流放大器		电流测量范围: 10-8~10-13 A, 分 6 档, 三位半数显, 最小显示位 10—14A; 零漂: 开机 20 分钟后, 30 分钟内不大于满度读数的±0.2%（10—13A 档）。	☒ 无 ☐ 有,要求:
2	光电管工作电源		电压调节范围: -4~0V, -4~+30V, 分 2 档, 三位半数显, 稳定度≤0.1%	☒ 无 ☐ 有,要求:
3	光电管		光谱响应范围: 至少 320—700nm; 最小阴极灵敏度≥1μA/Lm; 阳极: 镍圈 暗电流: $I\leq 2\times 10^{-13}A$ （-2V≤UAK≤0V）	☒ 无 ☐ 有,要求:
4	滤光片组		至少包含转盘式结构, 旋转转盘即可更换 5 组滤光片及 3 组光阑; 透射中心波长至少包含 365.0, 404.7, 435.8, 546.1, 578.0nm	☒ 无 ☐ 有,要求:
5	汞灯		可用谱线至少包含 365.0nm、404.7nm、435.8nm、546.1nm、578.0nm	☒ 无 ☐ 有,要求:
6	测量误差		≤5%	☒ 无 ☐ 有,要求:
7	其它	#	投标人须承诺所投产品能与采购人现有同类实验设备实现功能兼容与数据互通。中标后, 采购人有权要求进行兼容性测试。	☐ 无 ☒ 有,要求:制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方检测机构提供的检验

				报告或其他相关证明材料。
4. 货物/服务名称			投影机（含 80 寸幕布）	数量：2 套
主要功能要求			将图像或视频投射到墙面上或屏幕上，以实现大屏幕显示；	
应遵循的相关国家标准、行业标准等标准、规范			☒ 无 ☐ 有，要求：_	
投影机（含 80 寸幕布）技术指标				
序号	指标项	重要性	指标要求	需提供证明材料要求
1	ANSI 亮度		不低于 2400lm	☒ 无 ☐ 有，要求：
2	对比度		大于等于 600:1	☒ 无 ☐ 有，要求：
3	最大兼容分辨率		不低于 1920*1080	☒ 无 ☐ 有，要求：
5. 货物/服务名称			空调	数量：3 台
主要功能要求			制冷、制热、除湿功能。	
应遵循的相关国家标准、行业标准等标准、规范			☒ 无 ☐ 有，要求：_	
空调 技术指标				
序号	指标项	重要性	指标要求	需提供证明材料要求
1	类型		立柜式	☒ 无 ☐ 有，要求：
2	匹数		不低于 2 匹	☒ 无 ☐ 有，要求：
3	能效等级		不低于 1 级；	☐ 无 ☒ 有，要求：须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
6. 货物/服务名称			智能门锁	数量：3 套
主要功能要求			联网远程控制；指纹、密码、NFC、蓝牙、机械钥匙、临时密码开锁	
应遵循的相关国家标准、行业标准等标准、规范			☒ 无 ☐ 有，要求：_	
智能门锁 技术指标				
序号	指标项	重要性	指标要求	需提供证明材料要求
1	锁体与安全		不低于 C 级锁芯，至少包含支持天地钩、防猫眼开锁旋钮、异常锁状态提醒等	☒ 无 ☐ 有，要求：

2	无线连接		至少包含 Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, 蓝牙 5.3, NFC	☒ 无 ☐ 有, 要求:
3	最大虚位密码位数		不低于 20 位;	☒ 无 ☐ 有, 要求:
4	最大指纹容量		不低于 50 枚;	☒ 无 ☐ 有, 要求:
5	最大密码容量		不低于 75 组	☒ 无 ☐ 有, 要求:
7. 货物/服务名称			热膨胀实验仪	数量: 5 套
主要功能要求			利用迈克尔逊干涉法测量金属的线膨胀系数。对待测试样进行加热, 金属试样的热膨胀带动平面镜移动, 迈克尔逊干涉光路光程差变化导致干涉条纹变化, 从而测试出试样的线膨胀系数;	
应遵循的相关国家标准、行业标准等标准、规范			☒ 无 ☐ 有, 要求: _	
热膨胀实验仪 技术指标				
序号	指标项	重要性	指标要求	需提供证明材料要求
1	温度控制	#	至少包含内置式风扇降温结构, 加热 PID 控温范围室温~60℃, 显示分辨率 ≤0.1℃, PID 控温;	☐ 无 ☒ 有, 要求: 制造商官方网站截图或制造商产品白皮书或第三方检测机构提供的检验报告或其他相关证明材料。
2	激光器		功率不小于 1.5mW, 波长 630nm~633nm;	☒ 无 ☐ 有, 要求:
3	光学镜片		样品测试用平面镜(动镜)和转向镜(带三维调节)至少各 1 只; 定平面镜至少 1 只, 带三维调节和一维移动机构, 分束镜和扩束镜至少各 1 只;	☒ 无 ☐ 有, 要求:
4	附件		毛玻璃观测屏至少 1 只; 待测样品: 黄铜, 钢, 硬铝至少各 1 个; 待测试样: 长 ≥150mm, 直径 ≥18mm;	☒ 无 ☐ 有, 要求:
5	二维码服务系统	#	系统至少包含仪器信息、仪器操作说明。可点击查看产品使用说明书、点击查看产品测定视频、在线故障报修等;	☐ 无 ☒ 有, 要求: 制造商官方网站截图或制造商产品白皮书或第三方检测机构提供的检验报告或其他相关证明材料。

				料。
6	其它	#	投标人须承诺所投产品能与采购人现有同类实验设备实现功能兼容与数据互通。中标后，采购人有权要求进行兼容性测试。	☐ 无 ☒ 有，要求：制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方检测机构提供的检验报告或其他相关证明材料。
8. 货物/服务名称			金属比热容测量仪	数量：14 套
主要功能要求			采用冷却比较法测量良导体的比热容。	
应遵循的相关国家标准、行业标准等标准、规范			☒ 无 ☐ 有，要求：_	
金属比热容测量仪技术指标				
序号	指标项	重要性	指标要求	需提供证明材料要求
1	升降机构	#	加热系统升降平台至少具备双杆定位丝杆传动系统设计，带限位、锁紧功能和升降调节手轮；	☐ 无 ☒ 有，要求：制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方检测机构提供的检验报告或其他相关证明材料。
2	温度控制		测量试样温度至少包含：铜-康铜热电偶，自动控制限温，三层隔热防护设计，外壳温度低于 50℃；	☒ 无 ☐ 有，要求：
3	显示部分		数字毫伏表：0～20mV，分辨率≤0.01mV；五位数字计时秒表：0～999.99s，分辨率≤0.01s；	☒ 无 ☐ 有，要求：
4	被测样品		被测样品：Φ7×30mm 铜、铁、铝至少三种材料；	☒ 无 ☐ 有，要求：
5	二维码服务系统	#	系统至少包含仪器信息、仪器操作说明。可点击查看产品使用说明书、点击查看产品测定视频、在线故障报修等；	☐ 无 ☒ 有，要求：制造商官方网站截图或制造商产品白皮书或第三方检测机构提供的检验报告或其他相关证明材料。
9. 货物/服务名称			读数显微镜	数量：4 套
主要功能要求			观察或作长度测量及等厚干涉实验；配合牛顿环测波长曲率半径等。	
应遵循的相关国家标准、行业标准等标准、规范			☒ 无 ☐ 有，要求：_	
读数显微镜技术指标				

序号	指标项	重要性	指标要求	需提供证明材料要求
1	放大率		不低于 30X	☒ 无 ☐ 有, 要求:
2	测量范围		水平方向不低于 50 mm, 最小读数不高于 0.01 mm; 垂直方向不低于 40 mm, 最小读数不高于 0.1 mm	☒ 无 ☐ 有, 要求:
3	测量精度		纵向测量精度不低于 0.02 mm	☒ 无 ☐ 有, 要求:
4	观察方式		观察方式至少包含: 45° 斜视, 目镜筒可 360° 旋转, 附 45° 半反镜。	☒ 无 ☐ 有, 要求:
5	镜筒		至少具备: 防下滑装置, 进光口需带防尘片阻断灰尘进入。	☒ 无 ☐ 有, 要求:
6	磁性防滑保护装置		有	☒ 无 ☐ 有, 要求:
7	其它		至少具备轴承传动系统保证仪器精度。	☒ 无 ☐ 有, 要求:
10. 货物/服务名称			射频微波电子标签实验平台	数量: 1 套
主要功能要求			为射频天线、新材料天线的应用及相关课程实验提供定制化软硬件测试平台	
应遵循的相关国家标准、行业标准等标准、规范			☒ 无 ☐ 有, 要求: _	
射频微波电子标签实验平台技术指标				
序号	指标项	重要性	指标要求	需提供证明材料要求
1	读写器		支持常规/非金属标签读写, 最大功率不小于 30dbm, 支持 UHF 频段	☒ 无 ☐ 有, 要求:
2	读写器天线		适配常规/非金属标签通信, 支持自定义极化方向、极化方式	☒ 无 ☐ 有, 要求:
3	柔性非金属标签	★	提供配套非金属柔性耐腐蚀天线、耐弯折次数不小于 5 万次	☐ 无 ☒ 有, 要求: 制造商官方网站截图或制造商产品白皮书或第三方检测机构提供的检验报告或其他相关证明材料。
4	配套软件		提供开源学习工具, 包含 B/S、C/S 架构 RFID 实验开源学习软件。	☒ 无 ☐ 有, 要求:
5	射频识别云服务	#	至少提供微信小程序, web 网页等服务及云服务器软件, 能定制实现射频标签运行的各部分功能。	☐ 无 ☒ 有, 要求: 制造商官方网站截图或制造商产品白皮书或第三方检测机构提供

				的检验报告或其他相关证明材料。
11. 货物/服务名称			高校理工课程智慧阅卷系统	数量：1 套
主要功能要求			数据自主可控，支持内外网部署，可与校园网、教育专网无缝对接。全流程自动化与高效阅卷。确保阅卷质量，提高教学水平，实现数据共享。可为学校的教学诊断与针对教学提供科学依据。	
应遵循的相关国家标准、行业标准等标准、规范			☒ 无 ☐ 有，要求：_	
高校理工课程智慧阅卷系统技术指标				
序号	指标项	重要性	指标要求	需提供证明材料要求
1	统一数据管理与报表部分	★	平台必须实现所有功能、数据、文件等完全本地化部署，保证数据安全。有永久使用权和更新权。生成数据分析报表支持动态定义，可图表结合，支持线状、柱状、饼图、雷达图等常见格式，报表修改与添加不需要重新部署系统环境。分析报表支持二层、三层表头，可快速定义数据保留小数位、报表宽度、列宽度、隐藏/显示列、分组、合并列等。	☐ 无 ☒ 有，要求：制造商官方网站截图或制造商产品白皮书或第三方检测机构提供的检验报告或其他相关证明材料。
2	扫描部分		需拥有自主开发的一键式试卷扫描识别程序，无需任何设置即可支持市面上主流的高速扫描仪，完全支持国产扫描设备,既可以使用 Twain 协议 也可以使用 ISIS 协议，在试卷扫描整个过程，无需设置扫描分辨率、纸张大小、色彩模式以及扫描仪提供的任何其它高级扫描功能；试卷扫描时特别是多页时试卷放置不论倒置，正反和前后顺序，识别系统必须自动纠正试卷倒置和正反现象；在不采取任何识别的情况下，扫描软件在扫描过程中可以实时自动检测试卷折角现象。试卷扫描采用 256 级灰度扫描，扫描保存的图像必须是 256 级以上灰度图像。	☒ 无 ☐ 有，要求：
3	题卡制作管理与数据处理部分	#	支持在线设计网阅模式和手阅模式答题卡，同时自动生成识别裁切模板和试题规则;能识别任何布局的答题卡，智能匹配被缩放印刷的答题卡。识别系统必须采用 256 级灰度及以上识别	☐ 无 ☒ 有，要求：制造商官方网站截图或制造商产品白皮书或第三

			技术，可以自动检测填涂过轻，擦除不干净等现象；OMR 识别不能通过双阈值原理来控制，必须通过其它的数学模型，根据需要实时调整识别灵敏度，在 150DPI 下选择题差错率必须小于万分之一，不允许在没有作答的选择题上出现非法识别结果。在重号、错号、选择性内容出现不确定性等情况，可以采用实时处理方式也可以采用事后检查、改正、追踪等手段；在选择性内容修正的过程中，系统自动复原答题卡（如滤色扫描后的答题卡图像，在原始位置上复原出相应的选择性内容），既可在答题卡图像建立的可编辑图层上只将问题选项以精确的图像区域自动突出显示给校对操作者通过鼠标同屏点击修改，也可显示所有选择题识别结果的可编辑图层，根据需要鼠标选中区域中的所有选择题识别结果设置成未填涂状态，修改后的选项图层区域用不同颜色标注以示区分。	方检测机构提供的检验报告或其他相关材料。
4	识别定位部分		识别系统同时支持精确定位、模糊定位和锚定位，精确定位失效时系统自动切换到模糊定位或锚定位；支持识别模版自动诊断，诊断模版问题和识别上哪些参数需要调整以达到最佳识别效果，系统自动检测 OMR 识别阈值；识别裁切完成后，系统后台自动将每个文件包中的试卷影像文件、选择题识别信息、裁切信息、考生信息等压缩成一个文件上传至远程服务器，远程服务器自动解压上传来的压缩文件包，将相关信息自动写入服务器，自动校对服务器端试卷影像文件和扫描端试卷影像文件，故障自动恢复重传，实现试卷影像文件一致和数据记录完整唯一。	☒无 ☐有，要求：
5	图像裁切部分	#	阅卷前和阅卷中，系统在不影响现有批阅结果的情况下自动采用至少 5 个进程对某些指定的试题块重新裁切、拼接或者由灰度图像转换成黑白图像；同一试题中可以实现虚拟裁切和物理裁切并存，根据需要任何时刻进行相互转换。某些考生作答的异常试题（例如书写过界，作答位置交换	☐无 ☒有，要求： 制造商官方网站截图或制造商产品白皮书或第三方检测机构提供的检验报告或其

			等等)可以根据实际情况在不用修改系统模板或参数的条件下对实际作答区域位置大小进行调整、增加裁切区域等来例外实现这些考生作答内容裁切的完整性。	他相关证明材料。
6	阅卷与消息互通部分		阅卷用户采用无感阅卷技术,可以在微信、QQ、钉钉等系统中阅卷,自适应屏幕分辨率,支持横竖屏。阅卷终端必须在客户机内存中有试卷缓存功能,缓存的试卷数量不少于30份并且这个数量可以通过服务器配置自由更改,增强阅卷用户流畅性,支持的操作系统至少包括 Windows、Android、苹果、鸿蒙等系统。支持用户阅卷期间,上级可向下级发送评卷组、评卷员发送通知、调度、中断阅卷等消息或指令。下级评卷员也可以向上发出某个包含答卷图像的疑问请求,进行双方沟通交流。提供评卷员上下级的网络在线交互、交流功能,网络实时通知、消息系统。	☒ 无 ☐ 有,要求:
7	阅卷部分		批阅痕迹自动跟随标记功能:在多步给分题目中,阅卷教师每给一次分,在阅卷界面就会在对应的位置上显示相对应的批阅分数及痕迹,让阅卷教师能清楚了解自己已批阅多少,并知道正在批阅的位置。实现课任教师自己批阅自己所带的教学班试卷,可以对自己批阅的试卷进行整卷复核。	☒ 无 ☐ 有,要求:
8	卷面复核部分	#	整卷得分复核能预览整张试卷图像,支持总分分数段、学生学号和姓名快速检索、能显示出每个学生的客观题得分、主观题得分、每题得分、待完成情况等,根据需要修改某题得分。	☐ 无 ☒ 有,要求: 制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方检测机构提供的检验报告或其他相关证明材料。
9	批注痕迹部分		自动在整卷上还原批改痕迹、步骤得分、试题得分等,给每个学生的多页试卷生成一个独立的PDF文件。提供合成文件在线管理系统,支持在线预览、打印PDF,支持单个、多个PDF直接下载和整个文件夹下载。	☒ 无 ☐ 有,要求:
10	云盘管理部分	#	通过云盘存储管理功能进行权限设定,可在线查看	☐ 无 ☒ 有,要求:

			(doc, docx, pdf, PPT, excel, tif 等)、打印、下载合成的数字化试卷和成绩报告。支持在线模糊查询；支持用户权限不同，可私密存储保存用户个人资料，权限之间互不干扰。	制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方检测机构提供的检验报告或其他相关证明材料。
11	视频讲解部分	#	支持各模块界面上设置在线培训视频导航功能，在培训视频讲解中支持普通话发音、中文字幕。培训视频含有演示内容展示效果并支持在线直接观看。	☐ 无 ☒ 有,要求：制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方检测机构提供的检验报告或其他相关证明材料。
12	高速扫描仪	#	彩色 CCD×2； 输出分辨率为 50-600dpi（以 1dpi 增量进行变化） 黑白/灰度/彩色同速：100ppm/200ipm dpi（A4 横向，200dpi/300dpi），支持最小：A8（52×74mm，纵向）；最大：A3(297 × 420mm)/(11.7 × 16.5in)，支持长纸 3048mm 扫描；支持超声波/红外线多页进纸检测	☐ 无 ☒ 有,要求：制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方检测机构提供的检验报告或其他相关证明材料。
12. 货物/服务名称			QEC 量子散射演示软件	数量：1 套
主要功能要求			可用于执行基于 R-matrix 方法的电子-分子散射碰撞截面，包括振动激发态截面、电子激发态截面、解离复合截面等。	
应遵循的相关国家标准、行业标准等标准、规范			☒ 无 ☐ 有，要求：_	
QEC 量子散射演示软件技术指标				
序号	指标项	重要性	指标要求	需提供证明材料要求
1	授权时间	#	不少于 2 年	☐ 无 ☒ 有,要求：制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方检测机构提供的检验报告或其他相关证明材料。
2	电子碰撞截面数据	#	至少提供 3 个分子(C2H4、C3H6 和 H2S)的完整碰撞截面数据集（至少包括电	☐ 无 ☒ 有,要求：制造商官方网站

			子激发态截面、解离复合截面、电子碰撞解离截面）、数据报告和原始数据。	截图或产品白皮书或第三方检测机构提供的检验报告或其他相关证明材料。
3	处理电子碰撞过程种类	#	≥6 种	☐ 无 ☒ 有,要求: 制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方检测机构提供的检验报告或其他相关证明材料。
4	版本	#	不低于 2.0	☐ 无 ☒ 有,要求: 制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方检测机构提供的检验报告或其他相关证明材料。
5	支持最大原子数		≥25	☒ 无 ☐ 有,要求:
13. 货物/服务名称			光电探测器特性测试实验平台	数量: 5 套
主要功能要求			研究光电检测器件的基本特性,如光电特性、伏安特性、光谱特性、时间响应特性等。	
应遵循的相关国家标准、行业标准等标准、规范			☒ 无 ☐ 有, 要求: _	
光电探测器特性测试实验平台技术指标				
序号	指标项	重要性	指标要求	需提供证明材料要求
1	数据采集中心主机显示	#	≥4.3 寸 IPS 电容触摸屏, 分辨率不低于 800*480。	☐ 无 ☒ 有,要求: 制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方检测机构提供的检验报告或其他相关证明材料。
2	数据采集中心主机接口		至少带 1 个 USB 接口、1 个 pogopin 接口、1 个 DB9 接口、1 个 MINI DIN8 接口、2 个 BNC 接口、1 个工作电压输	☒ 无 ☐ 有, 要求

			入接口。	
3	数据采集中心主机功能要求 1		模拟量电压测量：至少±5V，差分输入，ADC：不低于24bit；开关量输入/输出：5V TTL 电平；	☒ 无 ☐ 有, 要求:
4	数据采集中心主机功能要求 2		数字协议传感器输入：接入带通讯协议的 GCPORT 传感器。	☒ 无 ☐ 有, 要求:
5	数据采集中心主机功能要求 3		信号源 1：频率至少 0.1 Hz ~1 MHz 连续可调，能输出正弦波，方波的； 信号源 2：不低于 50KHz 固定频率，幅度 0~5V；占空比：2%~100%。能输出正弦波，方波，三角波；	☒ 无 ☐ 有, 要求:
6	数据采集中心主机功能要求 4		RS422 主机模式可采集或控制其它 RS422 从机主机。RS422 从机模式，上位机可采集或控制数据采集中心。	☒ 无 ☐ 有, 要求:
7	光源驱动主机功能要求 1		可实现驱动电流控制、输出限流控制、光源驱动电压检测、PD 电流检测、开关等功能；	☒ 无 ☐ 有, 要求
8	光源驱动主机功能要求 2		输出驱动电流范围：至少覆盖 0~300mA 线性可调，精度不低于 0.1mA；	☒ 无 ☐ 有, 要求
9	光源驱动主机功能要求 3		限流范围：至少覆盖 0~300mA，线性可调，精度不低于 1mA。	☒ 无 ☐ 有, 要求
10	数控直流稳压电源主机功能要求		能通过触摸屏实现预设电压、预设电流、输出电压、输出电流等。能看出当前输出开闭状态、恒压恒流输出状态、输出是否正常。	☒ 无 ☐ 有, 要求
11	数控高压电源主机功能		至少能输出 1 路 0~1000V 线性可调，精度不低于 1V 及 1 路 0~1500V 线性可调，精度不低于 1V 的电压。	☒ 无 ☐ 有, 要求
12	积分球组件		PTFE 发泡积分球，内径≥50mm，至少带 1 输入口，2 输出口。	☒ 无 ☐ 有, 要求
13	光功率计探头		数字传感器：Modbus通讯协议，TTL 电平；波长至少200~1100nm；PS2-8 接口；测量范围：不低于-50~+20dB；	☒ 无 ☐ 有, 要求
14	电阻箱		至少0~100K可调,调节精度不低于0.1 欧。	☒ 无 ☐ 有, 要求
15	其它组件		至少包含光敏电阻组件、光敏二极管组件、光敏三极管组件、硅光电池组件、APD雪崩光电二极管组件、PIN光电二极管组件、色敏二极管组件7种组件。	☒ 无 ☐ 有, 要求
16	软件	#	需提供至少七种光电器件的虚拟仿真实验。仿真实验至少包含实验原理介绍、实验操作步骤、接线动画展示、实验器件内部原理动画展示、实验所需电阻值选择等。实验接线过程中支持连线错误删除连线重连。软件采用三维立体建模，支持自主连线搭建实	☐ 无 ☒ 有, 要求: 制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方检测机构提供的检验报告或其他相关证明材料。

			验，完成至少七种器件的相关特性测试实验。	
14. 货物/服务名称			光纤光谱仪	数量：5 套
主要功能要求			用于测量吸光度、透反射率、辐照度。	
应遵循的相关国家标准、行业标准等标准、规范			☒ 无 ☐ 有，要求：_	
光纤光谱仪技术指标				
序号	指标项	重要性	指标要求	需提供证明材料要求
1	光谱范围		至少 300-1000nm	☒ 无 ☐ 有，要求：
2	积分时间		10us ~ 10s；	☒ 无 ☐ 有，要求：
3	光学分辨率		≤1nm	☒ 无 ☐ 有，要求：
4	探测器		≥3648 像素，像元大小≤um×200um	☒ 无 ☐ 有，要求：
5	狭缝		≤25um	☒ 无 ☐ 有，要求：
6	信噪比		>250:1（饱和时）	☒ 无 ☐ 有，要求：
7	杂散光		<0.15%	☒ 无 ☐ 有，要求：
8	光纤接口		SMA905	☒ 无 ☐ 有，要求：
9	数据传输		Type-C 接口，支持 USB2.0 通讯协议，传输速度≥480Mbps。	☒ 无 ☐ 有，要求：
10	扩展功能	#	预留双排 16pin/2.0 间距扩展接口；支持内部程序更新升级（无需开盖），支持外部 UART 通信功能，用户可二次开发；预留 IO 口，可直接对外作为外部触发接口，支持用户自定义触发功能	☐ 无 ☒ 有，要求：制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方检测机构提供的检验报告或其他相关证明材料。
11	ADC 位深		≥12 bit	☒ 无 ☐ 有，要求：
12	软件		支持 Windows，开发语言为 C#。 支持时序视图与色度视图。可进行计数值、背景、反射、透射、吸收、吸光度、辐射度等 7 种模式测量。可自动寻峰值波长，可绘制可直接用于报表的光谱曲线，保存格式为 JPG。曲线组支持即时处理，多组反射、透射曲线同时显示。支持单波长光源的色品马蹄图坐标点绘制及曲线绘制，可计算显示色品坐标、三刺激值、色温等参数；支持测量数据动态表格显示，通过上下翻页查看曲线任意点的横纵坐标值，支持数据 excel 导出分析。	☒ 无 ☐ 有，要求：
15. 货物/服务名称			532nm 激光器	数量：1 套
主要功能要求			作为激发源，用于材料、化学、生物样品分析。	
应遵循的相关国家标准、行业标准等标准、规范			☒ 无 ☐ 有，要求：_	

532nm 激光器技术指标				
序号	指标项	重要性	指标要求	需提供证明材料要求
1	中心波长		532 nm $\pm$ 1 nm	☒ 无 ☐ 有, 要求:
2	输出功率		$\geq 100\text{mw}$	☒ 无 ☐ 有, 要求:
3	线宽		$\leq 0.00001\text{nm}$	☒ 无 ☐ 有, 要求:
4	出光口光斑		$\leq 1.0\text{mm}$	☒ 无 ☐ 有, 要求:
5	发散角		$< 1.5\text{mrad}$	☒ 无 ☐ 有, 要求:
6	兼容性	#	需能与实验室原有的 HORIBA 光谱仪配套使用。	☐ 无 ☒ 有, 要求: 制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方检测机构提供的检验报告或其他相关证明材料。
16. 货物/服务名称			360nm 激光器	数量: 1 套
主要功能要求			开展光谱采集、拉曼显微成像、荧光寿命测试、气体 / 薄膜吸收谱分析等关键实验。	
应遵循的相关国家标准、行业标准等标准、规范			☒ 无 ☐ 有, 要求: _	
360nm 激光器技术指标				
序号	指标项	重要性	指标要求	需提供证明材料要求
1	中心波长		360 nm $\pm$ 1 nm	☒ 无 ☐ 有, 要求:
2	输出功率	#	$\geq 30\text{mw}$ (光纤前)	☐ 无 ☒ 有, 要求: 制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方检测机构提供的检验报告或其他相关证明材料。
3	线宽	#	$\leq 0.00001\text{nm}$	☐ 无 ☒ 有, 要求: 制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方检测机构提供的检验报告或其他相关

				证明材料。
4	工作模式		单纵模	☒ 无 ☐ 有,要求:
5	光纤长度		≥ 1 米	☒ 无 ☐ 有,要求:
6	光纤接口		SMA905	☒ 无 ☐ 有,要求:
7	激光头尺寸		$\leq 197(L) \times 70(W) \times 50(H)$ mm	☒ 无 ☐ 有,要求:
17. 货物/服务名称			数字示波器	数量: 30 套
主要功能要求			作为常规的电子测量仪器使用, 用于观察和测量各种电信号。	
应遵循的相关国家标准、行业标准等标准、规范			☒ 无 ☐ 有, 要求: _	
数字示波器技术指标				
序号	指标项	重要性	指标要求	需提供证明材料要求
1	带宽	#	$\geq 200M$	☒ 无 ☐ 有,要求:
2	通道数		≥ 2	☒ 无 ☐ 有,要求:
3	最高实时采样率		$\geq 1Gsa/s$	☒ 无 ☐ 有,要求:
4	最大存储深度		$\geq 24Mpts$	☒ 无 ☐ 有,要求:
5	最高波形捕获率		$\geq 30,000wfms$	☒ 无 ☐ 有,要求:
18. 货物/服务名称			He-Ne 气体激光器系统	数量: 4 套
主要功能要求			可通过改变偏振片的角度, 得到光束半径和发散角。可实现烧孔效应观察。	
应遵循的相关国家标准、行业标准等标准、规范			☒ 无 ☐ 有, 要求: _	
He-Ne 气体激光器系统技术指标				
序号	指标项	重要性	指标要求	需提供证明材料要求
1	中心波长		≥ 632 nm	☒ 无 ☐ 有,要求:
2	激光光束分析软件	#	背景采集, 光斑直径测量, 光场强度一维、二维和三维分布, 包含相机参数设置模块, 光斑发散角计算模块, M方因子计算模块, 束腰位置及瑞利长度计算模块, USB2.0 硬件接口	☐ 无 ☒ 有,要求: 制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方检测机构提供的检验报告或其他相关证明材料。
3	激光功率指示器	#	全波长功率计主机采用全触控液晶显示, 可选配不同型号、不同类型的探头使用。既可以直接通过主机连接探头显示功率数值, 也可以通过 USB 数据线连接到电脑上, 利用配套软件进行相应的操作, 还可以将功率计主机	☐ 无 ☒ 有,要求: 制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方检测机构提供的检验报告或其他相关证明材料。

			存储的数据上传到电脑上，保存成可读文档。主机自带 5000mA/h 锂电池，可以在不连接外部电源的情况下连续使用 2.5 小时左右。不低于 5.0 英寸彩色全触控液晶屏显示。兼容多种功率探头。主机自带存储芯片，可实时保存测量的功率数值。USB 2.0 接口，也可通过 PC 进行控制。 WinXP(32bit)、Win11(32bit、64bit)	
4	共焦球面扫描干涉仪 组件自由光谱区	#	$\Delta v \leq 2.5 \text{ GHz}$	☐ 无 ☒ 有,要求: 制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方检测机构提供的检验报告或其他相关证明材料。
5	共焦球面扫描干涉仪 组件精细常数	#	$F \geq 300$	☐ 无 ☒ 有,要求: 制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方检测机构提供的检验报告或其他相关证明材料。
6	激光谐振腔可调范围		$290 \text{ mm} \leq L \leq 450 \text{ mm}$	☒ 无 ☐ 有,要求:
7	二维光束变换组件焦距		$50.8 \text{ mm} \leq f \leq 200 \text{ mm}$	☒ 无 ☐ 有,要求:
8	宽带 MgF ₂ 增透膜波长		$400 \text{ nm} \leq \lambda \leq 700 \text{ nm}$	☒ 无 ☐ 有,要求:
19. 货物/服务名称			信创边缘人工智能实验开发平台	数量: 5 套
主要功能要求			集成全国产 AI 算力、6 轴机械臂与多模态交互能力。支持 5G/Wi-Fi/蓝牙通信，具备语音交互与视觉识别。配套丰富 AI 算法库，涵盖 NLP、计算机视觉及机械臂控制，可实现垃圾分拣、人脸/手势追踪等复合实验案例。	
应遵循的相关国家标准、行业标准等标准、规范			☒ 无 ☐ 有, 要求: _	
信创边缘人工智能实验开发平台技术指标				
序号	指标项	重要性	指标要求	需提供证明材料要求
1	通信子系统要求	#	通信子系统包括 5G、Wi-Fi、蓝牙等通信方式，其中 5G 模组应符合 3GPP Release 16 规范，支持 5G SA 和 NSA 组网，支持 5G Sub-6 频段（至少包括：n1/n28/n41/n77/n78/n79），性能不	☐ 无 ☒ 有,要求: 制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方检测机构提供的检验报告或其他相关证明材料。

			低于市场主流方案。	
2	机械臂子系统要求	#	机械臂子系统包括机械臂及其控制单元，其中机械臂采用 6 自由度（5 自由度+夹持器）设计，采用串行总线舵机，底座加伸展高度不低于 470mm，臂展不低于 350mm。	☐ 无 ☒ 有,要求：制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方检测机构提供的检验报告或其他相关证明材料。
3	人机交互子系统	#	7 寸 HDMI 液晶屏;500W 像素 USB 摄像头; 1x 4-lane MIPI DSI, 2x HDMI, 1x 4-lane/2x 2-lane MIPI CSI。	☐ 无 ☒ 有,要求：制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方检测机构提供的检验报告或其他相关证明材料。
4	语音子系统	#	支持 AI 语音识别与语音合成播报	☐ 无 ☒ 有,要求：制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方检测机构提供的检验报告或其他相关证明材料。
5	网关子系统	#	RISC-V 处理器；集成 OLED、LED、传感器（光/温湿度/红外）、电机、继电器等；接口：千兆网口、USB、SD 卡。	☐ 无 ☒ 有,要求：制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方检测机构提供的检验报告或其他相关证明材料。
6	实验案例要求 1		提供基于 PYQT 编程的实验案例,应包括基于 5G 通信模组的电话功能 QT 开发、短信功能 QT 开发、上网功能 QT 开发; 基于 PYQT 的人脸识别开发、手势识别开发、垃圾识别开发等内容。	☒ 无 ☐ 有, 要求
7	实验案例要求 2		提供 NLP 模型实验案例, 应包括基于 NNLM 模型预测下一个字母、基于 Skip-gram 模型实现词向量 word2vec、基于 CBOW 模型实现快速文本分类 FastText、基于 TextCNN 模	☒ 无 ☐ 有, 要求

			型实现句子分类、基于 TextRNN 模型的预测下一个步骤、基于 TextLSTM 模型的实现文本分类、基于 Bi-LSTM 模型实现在长句子中预测下一个单词、基于 Attention Mechanism 机制的短语表示、基于 Attention Mechanism 机制的机器翻译、基于 Bi-LSTM 和 Attention Mechanism 机制的二分类、基于 Transformer 模型的翻译、基于 Greedy 译码的 Transformer 模型的翻译、基于 Transormers 的 GPT2 问答系统模型训练、基于 Transormers 的情感分析模型训练和基于 Transormers 的文本摘要模型训练等案例。	
8	实验案例要求 3		提供人工智能、机械臂、语音识别和语音播报结合的实验案例，包括基于 jupyterlab 的垃圾识别与播报、水果识别与播报、颜色识别与播报、手势识别与播报、语音识别人脸追踪、语音识别手势追踪、垃圾分拣播报、颜色分拣播报、颜色堆叠播报等内容。	☒ 无 ☐ 有，要求

包 2：理工科基础及创新实验室设备购置（力学）

1. 货物名称			理论力学多功能实验系统	数量：3 套
主要功能要求			简要概述：实验系统可完成动摩擦系数测定、弹簧刚度与固有频率实验、共振实验、转动惯量测试、不同载荷比较加载实验、重心测定实验、空中输电线模型实验等多种理论力学实验。	
应遵循的相关国家标准、行业标准等标准、规范			☒ 无 ☐ 有，要求：_	
理论力学多功能实验系统 技术指标				
序号	指标项	重要性	指标要求	需提供证明材料要求
1	显示触控屏面板尺寸	#	触控屏尺寸≥10 寸，屏幕可以旋转调节，屏幕附近配置急停按钮开关，保证实验安全性	☐ 无 ☒ 有，要求： 制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检

				测机构提供的检验报告或其他相关证明材料。
2	实验内容	★	实验装置至少应包括“弹簧刚度与固有频率实验”、“空中输电线模型实验”、“均质/非均质转动惯量的测定”、“摩擦系数测定实验”等配套模块	☐ 无 ☒ 有，要求： 制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检测机构提供的检验报告或其他相关证明材料。
3	三线摆装置	#	三线摆升降平台底部应配有定位装置及调节装置水平的装置。可使支撑立柱与实验圆盘中心线重合并对应。 圆盘配置移动质量配件数 ≥ 2 称重圆盘直径 $\geq 120\text{mm}$ 圆盘可操作最大转动角度 $\geq 10^\circ$	☐ 无 ☒ 有，要求： 制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检测机构提供的检验报告或其他相关证明材料。
4	系统配套软件	#	软件内容应包括实验目的、实验原理、实验步骤、数据处理及思考题等板块，支持客户对相关内容进行拓展开发。软件界面具备标准实验报表模板，可输出数据与截图。软件可实时采集位移、力值等参数，记录数据表格并绘制实验曲线。 装置配置手动、电动两种调整模式，可手动操作或通过软件完成实验流程	☐ 无 ☒ 有，要求： 制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检测机构提供的检验报告或其他相关证明材料。
5	摩擦系数测量仪	#	滑道总长度 $\geq 600\text{mm}$ ； 滑道底板可选种类 ≥ 7 ； 角度最大调节范围 $\geq 0-45^\circ$	☐ 无 ☒ 有，要求： 制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检测机构提供的检验报告或其他相关证明材料。
6	其他		弹簧试件数 ≥ 4 风速传感器可以在框架上左右可调范围 $\geq 200\text{mm}$	☒ 无 ☐ 有，要求

2. 货物名称	静态应变仪	数量：78 套
主要功能要求	简要概述。材料力学实验等。	
应遵循的相关国家标准、行业标准等标准、规范	☒ 无 ☐ 有，要求： _	
2. 静态应变仪技术指标		

序号	指标项	重要性	指标要求	需提供证明材料要求
1	操作和显示		液晶触摸屏	☒ 无 ☐ 有，要求：
2	测点数	#	≥10 通道	☐ 无 ☒ 有，要求： 制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检测机构提供的检验报告或其他相关证明材料。
3	接线端子	#	斜插式；螺丝扭矩 2N•m；带焊接点；兼容 3mm 和 4mm 标准插片插入	☐ 无 ☒ 有，要求： 制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检测机构提供的检验报告或其他相关证明材料。
4	桥路形式		全桥、半桥、1/4 桥（公共补偿）、三线制 1/4 桥、二线制 1/4 桥，1/4 桥路不用短接，每通道桥路形式独立设置。	☒ 无 ☐ 有，要求：
5	系数计算		每个测点自由选择测量应变、力、位移等信号；液晶屏中嵌入常规应变片贴片方式示意图，选中不同应变片贴片方式示意图，自动计算对应桥臂系数，直接实时得到并显示实际应变值；同时还具备不计算校正因子和桥臂系数的选择。	☒ 无 ☐ 有，要求：
6	小波去噪		液晶屏操作中，关闭、低、中、高分档可调。	☒ 无 ☐ 有，要求：
7	温度漂移	#	预热 20 分钟后， $\leq \pm 5 \mu \epsilon / 24\text{Hour}$ 。	☐ 无 ☒ 有，要求： 制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检测机构提供的检验报告或其他相关证明材料。

3. 货物名称		超动态信号测试分析系统		数量：1 套
主要功能要求		16 通道，支持电压/IEPE/桥路信号采集卡等，通道同步采样时，不低于 1MHz/通道（海量存储），瞬态采样速率：通道同步采样时，不低于 20MHz/通道		
应遵循的相关国家标准、行业标准等标准、规范		☒ 无 ☐ 有，要求：_		
3 无线动态应力应变测试分析系统技术指标				
序号	指标项	重要性	指标要求	需提供证明材料要求

1	采集卡		支持电压/IEPE/桥路信号采集卡电压示值误差：不大于 0.5%F.S、零点漂移：优于 $\pm 3 \mu V/2$ 小时、应变量程： $\pm 100000 \mu \epsilon$ 、连续采样速率不低于 1MHz/通道、瞬态采样速率不低于 20MHz/通道等；	☐ 无 ☒ 有，要求： 制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检测机构提供的检验报告或其他相关证明材料。
2	电压量程		$\geq \pm 20mV$	☒ 无 ☐ 有，要求：
3	电压示值误差	#	$\leq 0.5\%F.S$	☐ 无 ☒ 有，要求： 制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检测机构提供的检验报告或其他相关证明材料。
4	零点漂移		$\leq \pm 3 \mu V/2$ 小时	☒ 无 ☐ 有，要求：
5	应变量程		$\geq \pm 100000 \mu \epsilon$	☒ 无 ☐ 有，要求：
6	连续采样速率	#	$\geq 1MHz/通道$	☐ 无 ☒ 有，要求： 制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检测机构提供的检验报告或其他相关证明材料。
7	瞬态采样速率		$\geq 20MHz/通道$	☒ 无 ☐ 有，要求：

4. 货物名称			多尺度材料测试分析系统	数量：1 套
主要功能要求			多尺度材料测试分析系统通过全场、非接触、高精度的应变测量，可对金属、复合材料以及结构、零部件在动、静态加载下的全场数据形式的位移/应变信息，可以进行拉伸、压缩、弯曲、等准静态及与稳态振动等周期性动态事件的力学性能表征信息进行完整捕捉与评估分析，系统也应具有有限元仿真印证功能。系统支持全场数据的 2D 测量，包括 2D 位移、应变（ $\epsilon_1/\epsilon_2/\epsilon_{xx}/\epsilon_{yy}/\epsilon_{xy}$ ）等的全场数据文本、云图、曲线的输出，并保存全部过程图像数据。	
应遵循的相关国家标准、行业标准等标准、规范			☒ 无 ☐ 有，要求：_	
4. 多尺度材料测试分析系统 技术指标				
序号	指标项	重要性	指标要求	需提供证明材料要求
1	系统测量精度	★	位移精度不低于 0.001%；2D $\leq 10\mu\epsilon$ ；应变测量范围：至少覆盖 0.005%～ $\geq 2000\%$ ；	☐ 无 ☒ 有，要求：制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检测机构提供的检验报告或

				其他相关证明材料。
2	数据处理速度	#	$\geq 250,000$ 数据点/秒/CPU (Intel Core i7 基准)	☐ 无 ☒ 有, 要求: 制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检测机构提供的检验报告或其他相关证明材料。
3	测量尺度范围	#	常规 $1 \times 1\text{mm}$ 至 $500 \times 500\text{mm}$; 光学显微镜尺度适用; 扫描电镜尺度适用;	☐ 无 ☒ 有, 要求: 制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检测机构提供的检验报告或其他相关证明材料。
4	数据质量与精度实时预评估要求	#	须在 DIC 系统软件图像采集驱动与控制界面内置实时的数字散斑成像质量评估功能, 以彩色云图方式表征以像素为单位、提供 1σ 或以上的全场位移误差置信区间的量化分布信息, 实时显示实时图像中任意像素点的位移误差范围预评定, 并可给出图像反光点指示信息及曝光不足或过度的试验图像质量判定指示信息, 以评估和优化复杂实验的准备设定, 提高数据质量和成功率。	☐ 无 ☒ 有, 要求: 制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检测机构提供的检验报告或其他相关证明材料。
5	精度优化功能		具有自行根据图像的清晰度、曝光度、散斑质量及用户指定的位移精度值为驱动目标值, 由后处理软件自动生成位移场计算网格尺寸。	☐ 无 ☒ 有, 要求: 制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检测机构提供的检验报告或其他相关证明材料。
6	扫描电镜数据分析功能要求	#	对于扫描电镜必须具备针对扫描电镜电子束漂移修正的数据失真校正功能, 以修正电子束漂移导致的成像畸变问题, 以保证位移场和应变场测量结果的准确性; 软件需与现有扫描电镜实现数据同步, 支持 Dwell 和 Row time 输入;	☐ 无 ☒ 有, 要求: 制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检测机构提供的检验报告或其他相关证明材料。
7	图像采集器	#	≥ 1200 万像素@180fps; 至少配置 25mm、50mm 超低畸变光学镜头及偏光滤镜。	☐ 无 ☒ 有, 要求: 制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检测机构提供的检验报告或其他相关证明材料。
8	主控制器	#	不低于以下配置: CPU 性能不低于 16 核 24 线程, 睿频 5.4GHz; 2TB HDD 机械硬盘; 500GB SSD 固态硬盘; 16GB RAM 内存;	☐ 无 ☒ 有, 要求: 制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检测机构提供的检验报告或其他相关证明材料。
9	安装组件		需配置图像采集器安装系统, 安装支架, 快锁底座, 三轴可调定位云台。	☒ 无 ☐ 有, 要求
10	照明组件		不低于 100W 的白光 LED 灯组; 连续工作	☒ 无 ☐ 有, 要求

			时间：>72h；	
11	散斑套装	#	至少包含喷笔套装、0.16mm 喷嘴、0.23mm 喷嘴、微型空压机、4oz 黑色墨水、4oz 白色墨水、16 oz 瓶装喷笔清洗液、10ft 长度编织层覆盖软管。	☐ 无 ☒ 有，要求： 制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检测机构提供的检验报告或其他相关证明材料。
12	数字信号同步采集器	#	不少于 6 通道数字/模拟信号同步采集；支持至多 32 台图像采集器的高精度同步；需带 USB 接口，支持系统与加载力、位移等模拟数据同步；不少于 6 路模拟输入通道，10KS/s/ch；输入范围：±10 V，±5 V；	☐ 无 ☒ 有，要求： 制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检测机构提供的检验报告或其他相关证明材料。

三、商务要求

序号	指标项	重要性	指标要求
1	交货期	★	合同签订后3个月内交货。
2	质保期	★	自验收合格之日起至少1年。
3	包装和运输		中标人所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。需满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）。
4	售后服务、升级更新、备品备件等要求		所有硬件至少一年保修、所有软件至少一年维护升级，电话报修后8小时响应服务、24小时内排除故障。质保期内，在非人为因素情况下，一切维修换件保养费用和备品备件均由中标人提供。质保期满后，中标人提供终身技术支持、维修服务，按照成本收取售后费用。
5	培训		中标人应派工程师对采购人进行设备安装配置等实操培训，保证使用人员正常操作中标设备。与培训相关的费用（如场地费、交通费等）均由中标人承担。
6	验收标准		采购人收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。验收应符合国家的相关产品质量标准、安全标准、环保标准以及特定行业的技术规范。如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应负责按照招标人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，采购人收取发票并签署验收意见。
7	付款条件（进度和方式）		（1）若学校财务部门无资金支付要求，则按下列原则支付： 合同签订后，采购人向中标人预付合同金额50%款项，设备安装、调试并经采购人验收合格后，采购人向中标人支付合同金额50%款项。 （2）若学校财务部门有资金支付要求的，按相关要求执行。
8	交货地点		武汉理工大学物理楼、力学楼。

9	履约相关要求	投标人需针对本项目提供质量保证措施（质量目标、实施方案、保障措施）；安装调试方案（安装调试计划、保障措施）；售后服务（服务标准、应急维修处理、培训等、售后服务方案及其人员组成与经验、质保期满后的承诺及其它服务承诺），以及投标人认为需提供的相关内容。 ☒不需要履约保证金 ☐需要履约保证金 履约保证金金额：合同总金额的___%。（不得超过合同金额的10%，并在合同中明确） 履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
10	保险或其他	☒ 无 ☐ 有，要求：_____

第四章 资格审查方法及标准

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）等相关法律法规确定以下资格审查方法及标准。

一、 资格审查方法

开标结束后，采购人与采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，具体评审因素详见《资格审查表》。

二、 资格审查表

序号	资格要求		需提供的资料
1	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定	1.1 具有独立承担民事责任的能力；	1) 企业（包括合伙企业）提供有效“企业法人营业执照”或“营业执照”； 2) 事业单位提供有效的“事业单位法人证书”； 3) 非企业专业服务机构提供有效的“执业许可证”等证明文件； 4) 个体工商户提供有效的“个体工商户营业执照”； 5) 自然人提供有效的自然人身份证明。
		1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；	1) 投标人是法人的，应提供上一年度经第三方审计的财务报告（完整的财务报告，包括“三/四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（如有）及其附注）；或其基本开户银行出具的资信证明； 2) 其他组织和自然人没有经第三方审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明； 3) 投标人没有经第三方审计的财务报告或资信证明时，也可以提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。或提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺。
		1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；	1) 提供具备足够数量的设施设备的证明材料和具备足够数量的技术人员的证明材料； 2) 或提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺。
		1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；	1) 提供投标人近 6 个月内任意 1 个月依法缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）； 且需提供 投标人近 6 个月内任意 1 个月依法缴纳社会保障资金的凭据（专用收据、银行代扣（代缴）转账凭证或社会保险交纳清单等均可）； 2) 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 3) 或提供有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺。
		1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；	提供无重大违法记录声明函。
		1.6 法律、行政法规规定的其他条件。	国家对生产和销售相关产品或提供相关服务有专门法律、行政法规规定的，则必须提供取得国家有关主管部门行政许可的证明材料（如无相关规定则无需提供）。

2	参加政府采购活动未被列入“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（ www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单等。	由投标人自行提供，以采购代理机构评审现场查询为准。
3	不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加本项目同一合同项下的政府采购活动情况。不存在为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，再参加本项目的其他招标采购活动情况。	由投标人自行提供。
4	符合招标文件第一章第二条对投标人或投标货物的其他特定资格要求。	按招标文件要求提供。
5	符合招标文件第一章第二条关于落实政府采购政策资格要求。	按招标文件要求提供。
6	符合招标文件对联合体的规定。	/

三、 确定资格审查合格投标人

- 3.1 资格审查小组依据对各投标人资格证明文件的审查结果，确定资格审查合格的投标人，并形成书面的资格审查报告。
- 3.2 资格审查合格投标人不足 3 家的，不进行评标。
- 3.3 资格审查未通过的投标人可在项目结果公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本人的资格审查情况。
- 3.4 采购人已进行资格预审的，不再进行资格审查。未通过资格预审的投标人采购代理机构**拒绝**其投标。

第五章 评标方法、程序及标准

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）等相关法律法规确定以下评标办法、程序及标准。

一、 评标方法

本项目评标采用综合评分法。综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、 评标程序及标准

评标委员会按以下工作程序进行评标：符合性审查、澄清有关问题、综合比较和评价、确定中标候选人名单。

（一） 符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定，对资格审查合格投标人的投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应，具体评审因素详见《符合性检查表》。

符合性审查表

序号	评审因素	评审标准
1	按招标文件要求签署、盖章；	按招标文件要求签署、盖章；
2	按招标文件要求报价；	报价未超限价，不存在缺项、漏项；没有出现两个及以上不同报价或投标方案；
3	按要求缴纳保证金；	按要求缴纳保证金；
4	交货期、质保期满足招标文件规定；	交货期、质保期满足招标文件规定；
5	投标有效期满足招标文件规定；	投标有效期满足招标文件规定；
6	投标文件中未附有采购人不能接受条件；	投标文件中未附有采购人不能接受条件；
7	投标文件满足招标文件技术、服务及商务等实质性要求；	满足招标文件技术、服务、商务、★条款等实质性要求；
8	无围标串标情况；	投标人没有下列任一情形： （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同投标人的投标文件异常一致或者报价呈规律性差异； （5）不同投标人的投标文件相互混装； （6）不同投标人的保证金从同一单位或者个人的账户转出。
9	无其他无效投标情形；	没有法律、法规和招标文件规定的其他无效投标情形；

说明：

- 1、投标文件中有任意一条不满足上表要求的将导致其投标无效，不进入下一项评审。
- 2、符合性审查合格投标人不足 3 家的，不进行下一步评审。

（二） 澄清

1. 评审期间,对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2. 投标人应按照评标委员会要求的澄清内容在规定时间内做出澄清。投标文件报价出现前后不一致的,按照本节第3条规定进行修正,投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3. 投标文件报价出现前后不一致的,按照下列规定修正:

3.1 投标文件中报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的,以报价一览表为准。

3.2 大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准。

3.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以报价一览表的总价为准,并修改单价。

3.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。

3.5 同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正。

3.6 修正后的报价按照本节第4条规定经投标人确认后产生约束力,投标人不确认的,按照**无效投标处理**。

4. 投标人的澄清、说明或者补正是其投标文件的有效组成部分。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式,并加盖公章,或者由法定代表人或其授权的代表签名。

(三) 综合比较与评价

1. 技术、服务和商务评议

评标委员会应当按照本章中规定的评审因素及评分标准,对符合性审查合格的投标文件进行技术、服务和商务评估,综合比较与评价。

2. 价格评议

评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行价格评议,报价分采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格(落实政府采购政策进行价格调整的,以调整后的价格计算)最低的投标报价为评标基准价,其报价分为满分。其他投标人的报价分值计算详见本章“评审因素及评分标准”中的具体计算方式。

2.1 **报价合理性:** 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品(服务)质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为**无效投标处理**。

2.2 异常低价审查

审查情形:按照〈关于推动解决政府采购异常低价问题的通知〉(财库〔2026〕2号)规定,自2026年2月1日起。政府采购评审中出现下列情形之一的,评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

(1) 投标(响应)报价低于全部通过符合性审查投标人投标(响应)报价平均值50%的,即投标(响应)报价〈全部通过符合性审查投标人投标(响应)报价平均值 $\times$ 50%;

(2) 投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标(响应)报价50%的,即投标(响应)报价〈通过符合性审查的次低报价投标人投标(响应)报价 $\times$ 50%;

(3) 投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的,即投标(响应)报价〈采购项目最高限价 $\times$ 45%;

(4) 评审委员会基于专业判断,认为投标人报价过低,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

资料要求:评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后,属于前述第1项至第4项情形的,应

当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间不少于 30 分钟。其中，属于第 3 项情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

审查要求：评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为**无效投标（响应）处理**。

2.3 小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除：

1) 非专门面向中小企业的货物类采购项目，按采购文件中采购清单确定的货物，对小型和微型企业制造的货物价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

2) 非专门面向中小企业的服务类采购项目，投标人是小型和微型企业的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3) 非专门面向中小企业的工程类采购项目，投标人是小型和微型企业的价格给予 3%的扣除，用扣除后的价格参与评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%作为其价格分。

4) 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

5) 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6) 小型和微型企业应出具《中小企业声明函》；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业应提供由省级监狱局、戒毒局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业的证明文件。

7) 货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，享受中小企业扶持政策。注：货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

8) 服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业按照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，享受中小企业扶持政策。

9) 专门面向中小企业采购的项目或者采购标包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

10) 中标人享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标人的《中小企业声明函》。

2.4 依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的相关规定，对于政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应按要求出具所投相关产品《关于符合本国产品标准的声明函》

（样式见第七章投标文件格式附件，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，可享受上述价格优惠。对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。投标人同时满足中小企业扶持政策与政府采购中实施本国产品标准及相关政策的，可同时享受价格扣除。相关价格评审扣除优惠，均在投标人原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。

- 2.5 关于本国产品、非本国产品的认定标准，按《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）中的规定为准。
- 2.6 投标人对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，是其产品享受政府采购对本国产品支持政策的先决条件。中标人享受《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定的支持本国产品政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标人的《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。
- 2.7 政府采购节能环保政策

根据《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9号）》的规定，采购人拟采购产品属于品目清单（指《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）》、《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）》所列清单）范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构（指《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）》中所列认证机构）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购（同等条件下）或强制采购。

3. 相同品牌处理原则

- 3.1 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人确定或者采购人委托评标委员会以投票方式确定一个投标人获得中标候选人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
- 3.2 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定**核心产品**，并以“**核心产品**”在招标文件中标注。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前述规定处理。

（四） 计分办法

1. 采购代理机构对各评委的总分进行复核。各项统计结果保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
2. 投标人的最终得分为各评委所评定分数的算术平均值。

（五） 推荐中标候选人名单或确定中标人

1. 投标人按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。
2. 评标委员会依据评审结果推荐得分前三名的进入中标候选人名单，并形成书面评标报告。
3. 中标候选人并列的，由采购人确定或者采购人委托评标委员会以投票方式确定中标人。
4. 若投标人同时投多标包，根据《投标人须知前附表》的规定确定各标包中标候选人。
5. 评标委员会应当在评标报告上签名，对自己的评审意见承担法律责任。对评标报告有异议的，应当在评标报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。

三、 评审因素及评分标准

(包 1)

评审因素		分值	评分标准
价格部分 (40 分)		40 分	1. 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 2. 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 100 \times 40\%。$ 注：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
商务部分 (3 分)	类似业绩	3 分	近三年（从投标截止之日起往前推算三年，以合同签订时间为准）投标人承担过类似项目业绩的【至少包含核心产品】，每提供一个得 1 分，此项满分 3 分。同一业主单位的不重复计分。 注：须提供合同复印件作为证明材料（所提供的合同可以不牵涉到金额等相关商业机密信息，但必须提供合同采购内容页、合同双方签署页及合同签署双方的完整信息）。
技术部分 (57 分)	技术要求	48 分	根据投标人所投产品技术和性能响应情况打分： 1. 采购需求中技术要求标#技术指标要求（共 38 项），每有一项满足要求得 1 分，最高得 38 分； 2. 采购需求中技术要求无标识技术指标要求（共 100 项），每有一项满足要求得 0.1 分，最高得 10 分； 本项满分 48 分。 注：投标人须提供包含相关指标项的证明材料，填“有”的，证明材料可以使用制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检测机构提供的检验报告或其他相关证明材料，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。填“无”的，投标人提供加盖公章满足技术要求承诺函证明材料或在《技术、服务及商务要求响应、偏离说明表》中响应。如招标文件第三章采购需求中对是否需要证明材料有明确要求的，以第三章采购需求为准。
	质量保证措施	3 分	根据投标人拟定的质量管控措施进行评审。 评审因素：①质量目标（1 分）；②实施方案（1 分）；③保障措施（1 分）。 评审标准： ①内容完全结合整体需求，进行全方面的描述。（是指：方案内容根据本项目定制，与本项目切合度高，对项目内容做了全方面、多层次的描述，且针对具体点有深度分析。） ②措施合理可行。（是指：依据相关标准规范进行科学设计，且具备可操作性，符合实际操作。） 上述每项评审因素满足一项评审标准的得 0.5 分，全部满足的得 1 分。对 3 项评审因素进行打分，此项满分 3 分。
	安装调试方案	2 分	根据投标人提供的安装调试方案进行评审。 评审因素：①安装调试计划（1 分）；②保障措施（1 分）。 评审标准： ①内容完全结合整体需求，进行全方面的描述。（是指：方案内容根据本项目定制，与本项目切合度高，对项目内容做了全方面、多层次的描述，且针对具体点有深度分析。）

评审因素		分值	评分标准
			②方案合理可行。（是指：依据相关标准规范进行科学设计，且具备可操作性，符合实际操作。） 上述每项评审因素满足一项评审标准的得 0.5 分，全部满足的得 1 分。对 2 项评审因素进行打分，此项满分 2 分。
	售后服务	1 分	投标人能按照采购需求商务要求中的售后服务、升级更新、备品备件等要求提供售后承诺的得 1 分。 注：须提供投标人售后服务承诺函，未提供承诺函或承诺内容不齐全均不得分。
		3 分	根据投标人的售后服务方案进行评审。 评审因素：①服务标准、应急维修处理、培训等（1 分）；②售后服务方案及其人员组成与经验（1 分）；③质保期满后的承诺及其它服务承诺（1 分）。 评审标准： ①内容完全结合整体需求，进行全方面的描述。（是指：方案内容根据本项目定制，与本项目切合度高，对项目内容做了全方面、多层次的描述，且针对具体点有深度分析。） ②方案合理可行。（是指：依据相关标准规范进行科学设计，且具备可操作性，符合实际操作。） 上述每项评审因素满足一项评审标准的得 0.5 分，全部满足的得 1 分。对 3 项评审因素进行打分，此项满分 3 分。

（包 2）

评审因素		分值	评分标准
价格部分 (40 分)		40 分	1. 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 2. 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 100 \times 40\%$ 注：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
商务部分 (3 分)	类似业绩	3 分	近三年（从投标截止之日起往前推算三年，以合同签订时间为准）投标人承担过类似项目业绩的（至少包含本包采购产品其中 1 项），每提供一个得 1 分，此项满分 3 分。同一业主单位的不重复计分。 注：须提供合同复印件作为证明材料（所提供的合同可以不牵涉到金额等相关商业机密信息，但必须提供合同采购内容页、合同双方签署页及合同签署双方的完整信息）。
技术部分 (57 分)	技术要求	47 分	根据投标人所投产品技术和性能响应情况打分： 1. 采购需求中技术要求标#技术指标要求(共 17 项)，每有一项满足要求得 2 分，最高得 34 分； 2. 采购需求中技术要求无标识技术指标要求（共 13 项），每有一项满足要求得 1 分，最高得 13 分； 本项满分 47 分。 注：投标人须提供包含相关指标项的证明材料，填“有”的，证明材料可以使用制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检测机构提供的检验报告或其他相关证明材料，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。填“无”的，投标人提供加盖公章满足技术要求

评审因素		分值	评分标准
			承诺函证明材料或在《技术、服务及商务要求响应、偏离说明表》中响应。如招标文件第三章采购需求中对是否需要证明材料有明确要求的，以第三章采购需求为准。
	质量保证措施	3分	根据投标人拟定的质量管控措施进行评审。 评审因素：①质量目标（1分）；②实施方案（1分）；③保障措施（1分）。 评审标准： ①内容完全结合整体需求，进行全方面的描述。（是指：方案内容根据本项目定制，与本项目切合度高，对项目内容做了全方面、多层次的描述，且针对具体点有深度分析。） ②措施合理可行。（是指：依据相关标准规范进行科学设计，且具备可操作性，符合实际操作。） 上述每项评审因素满足一项评审标准的得0.5分，全部满足的得1分。对3项评审因素进行打分，此项满分3分。
	安装调试方案	2分	根据投标人提供的安装调试方案进行评审。 评审因素：①安装调试计划（1分）；②保障措施（1分）。 评审标准： ①内容完全结合整体需求，进行全方面的描述。（是指：方案内容根据本项目定制，与本项目切合度高，对项目内容做了全方面、多层次的描述，且针对具体点有深度分析。） ②方案合理可行。（是指：依据相关标准规范进行科学设计，且具备可操作性，符合实际操作。） 上述每项评审因素满足一项评审标准的得0.5分，全部满足的得1分。对2项评审因素进行打分，此项满分2分。
	售后服务	1分	投标人能按照采购需求商务要求中的售后服务、升级更新、备品备件等要求提供售后承诺的得1分。 注：须提供投标人售后服务承诺函，未提供承诺函或承诺内容不齐全均不得分。
		1分	所有产品的质保期均优于招标文件要求，每增加1年质保期得0.5分，本项最高得1分。 注：须提供投标人售后服务承诺函，未提供承诺函或承诺内容不齐全均不得分。
		3分	根据投标人的售后服务方案进行评审。 评审因素：①服务标准、应急维修处理、培训等（1分）；②售后服务方案及其人员组成与经验（1分）；③质保期满后的承诺及其它服务承诺（1分）。 评审标准： ①内容完全结合整体需求，进行全方面的描述。（是指：方案内容根据本项目定制，与本项目切合度高，对项目内容做了全方面、多层次的描述，且针对具体点有深度分析。） ②方案合理可行。（是指：依据相关标准规范进行科学设计，且具备可操作性，符合实际操作。） 上述每项评审因素满足一项评审标准的得0.5分，全部满足的得1分。对3项评审因素进行打分，此项满分3分。

第六章 合同书格式

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》相关规定，采购人和中标人之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式之内容。）

一、项目概况

1.1 项目名称：武汉理工大学***项目

1.2 项目内容：武汉理工大学*****的供货、安装、调试、验收及售后服务。

1.3 项目地点：武汉理工大学**楼

1.4 采购清单：

序号	名称	品牌 型号规格	原产地和制造 商名称	数量	单价	分项合计
1						
2						
3						
4						
.....						
合计						

货物清单见附件 x。（如有）

二、交货时间及地点

2.1 交货时间：_____。

2.2 交货及安装地点：_____。

三、报价说明及配置

3.1 合同总价：人民币：¥_____元整（大写：_____整）。

3.2 合同总价为竣工验收交付价，包含货物及配件的购置和安装、调试、运输、质保期售后服务。

3.3 乙方须提供含税发票，提供产品质量检验报告。

3.4 配置：乙方遵照投标文件书及投标文件补充说明进行配置，对各项产品的深化设计要求经甲方认可后执行实施。配置清单如下

注：本项目为交钥匙工程，以上报价为包干价，包含*设备、辅材、运输、安装、质保、售后等所有费用。**

四、付款方式

（1）若学校财务部门无资金支付要求，则按下列原则支付：合同签订后，采购人向中标人预付合同金额 50%款项，设备安装、调试并经采购人验收合格后，采购人向中标人支付合同金额 50%款项。

（2）若学校财务部门有资金支付要求的，按相关要求执行。

五、安装

5.1 乙方按照投标文件及补充说明组织本项目实施，服从甲方的安排协调，保证项目安装质量及施工

进度，爱护学校公物，做好员工的健康检测，确保只有健康人员进入学校，确保与其它项目的整体联调。项目须在__年__月__日前安装调试完成，乙方应做好员工的安全文明教育，采取必要的安全防范措施，对员工的人身安全负责。

5.2 甲方为交通车辆及人员通行提供方便。

六、 履约验收

6.1 合同货物运达交货地点后，甲方将对合同货物的包装外观、装运件数进行检验。

6.2 合同货物在安装前，甲方会同乙方按照投标文件及补充说明进行开箱检验。

6.3 乙方货物安装完成后，甲方依据招标文件的技术要求和指标组织完成项目验收。

6.4 验收方式：甲方遵照投标文件设备清单及补充说明进行验收并签字。

6.5 验收其他要求：_____

七、 质量保证及售后服务、培训

7.1 乙方提供的合同货物应保证质量，乙方遵照合同、投标文件及补充说明的质量保证与售后服务承诺执行。项目质量保证期：自验收合格之日起____年（人为损坏除外）。质保期内，在非人为因素情况下，一切维修换件保养费用和备品备件均由乙方提供。

7.2 质保期满后，乙方提供终身技术支持、维修服务，按照成本收取售后费用。

7.3 乙方售后服务电话，负责人员：_____ 027-*****, 手机：_____

八、 违约责任

8.1 乙方不能交货的或提供假冒伪劣产品的，应退还已预付的合同总额的__%，并向甲方偿付合同金额的__%作为赔偿金。

8.2 乙方逾期交货的，每逾期一日向甲方支付合同金额的_____作为违约金。

8.3 任何一方因不可抗力不能履行合同的，免除承担相应责任。

九、 特别约定

9.1 签订合同前，乙方须根据甲方要求出具《中标厂商承诺书》，对工期、产品质量、产品工艺等方面做出承诺。

9.2 若乙方向甲方提供的产品为定制型产品，本合同生效后，除不可抗力外，双方不得以任何理由单方解除合同。

9.3 若乙方因提供虚假材料谋取中标、成交，或因招标质疑、投诉引起的中标厂家变更，则此合同无效，由此引起的双方损失由乙方全部承担，甲方不负任何责任。

9.4 乙方对向甲方供应的产品需拥有自主知识产权(包括但不限于专利权、商标权或商业秘密等)或获得了权利人的许可，保证向甲方提供的产品不侵犯任何人的知识产权，当甲方因乙方供应的产品侵权遭受他人索赔或行政处罚等维权措施的，乙方应全力组织协调应对，并赔偿甲方的损失（包括但不限于因停产停售造成的损失、律师费、差旅费、赔偿金、罚款等）。

甲方拥有本合同标的软件或其它产品的永久使用权。在未经授权的情况下，乙方销售给甲方的软件等产品仅限于甲方自用（包括甲方的各级分支机构及参控股公司），否则乙方将追究甲方法律责任及违约责任。

乙方承诺乙方拥有合同标的软件或其它产品的全部知识产权，若乙方向甲方出售的产品存在知识产

权纠纷，甲方不承担任何连带责任。

乙方保证本合同项下软件等产品或其授予甲方的权利不会侵犯任何第三人的版权、专利权或商标权等知识产权或其他权利，不违反任何第三方的信息专有权，也没有其他针对乙方拥有本产品权利的未决诉讼。甲方行使乙方所授予的权利不会侵犯任何第三人的合法权利。

9.5 合同需明确向甲方提供系统源代码或提供定制化开发部分的源代码。

十、 争议解决

凡因本合同引起或与本合同有关的任何争议，由双方友好协商解决。协商不成，可向合同签订所在地（武汉理工大学马房山校区西院）人民法院提起诉讼。

十一、 其他

本合同含本合同附表经甲乙双方签字盖章后生效。合同文本一式六份，甲方五份，乙方一份。

附件：产品详细清单及技术参数，产品检验检测报告，项目交货、安装、调试和验收方案，安全文明施工承诺书，产品售后服务方案（包括但不限于质保期年限、质保期内外服务细则、响应时间、售后服务联系人及联系方式、制造商供货及售后服务承诺函）

十二、 补充条款

可根据实际需求合法合规补充条款。

所有合同条款不得对招标文件、投标文件的内容进行更改。

甲方：**武汉理工大学**

（盖章）

授权代表（签字）：

地址：武汉市洪山区珞狮路122号

开户行：工行洪山支行

账号：3202 0067 0900 0475 962

电话：027-*****

传真：027-*****

年 月 日

乙方：

（盖章）

授权代表（签字）：

地址：

开户行：

账 号：

电 话：

传 真：

年 月 日

政 府 采 购 项 目

投 标 文 件

项目编号：_____

项目名称：_____

包 号：_____

投标人（公章）：_____

年 月 日

目 录

资格审查对照表

符合性审查对照表

技术、服务及商务评议对照表

技术、服务及商务要求响应、偏离说明表

1. 投标书
2. 报价一览表
3. 报价明细表
4. 报价范围以外的备品备件、耗材/服务价格表（如有）
5. 交纳投标保证金的银行凭证
6. 法定代表人身份证明书
7. 法定代表人授权委托书
8. 资格证明材料
9. 节能环保产品清单及证明材料（如需）
10. 制造厂家授权书/售后服务承诺函（如需）
11. 项目负责人、技术负责人简历表及证明材料
12. 项目组成员一览表及证明材料类似项目业绩表及证明材料
13. 技术、服务及商务文件

注：

- 1、根据参考格式要求自行编写，应目录清晰、内容详尽、易于理解。
- 2、未限定格式的由投标人根据实际情况自行编制。

资格审查对照表

投 标 人：_____

项目编号/包号：_____

项目名称：_____

序号	资格审查条款	投标内容对应简述	偏离说明	对应页码
1				
2				
3				
4				
5				
6				
...				

说明：1. 投标人应按招标文件第四章中“资格审查表”逐项说明是否满足要求，如有偏离, 投标人应详细说明。

2. 相关证明材料对应的页码填写到上表“对应页码”中。

3. 未按照要求详细完整填写此表的后果由投标人自行承担。

投标人名称（公章）：_____

日期：_____年____月____ 日

符合性审查对照表

投 标 人：_____

项目编号/包号：_____

项目名称：_____

序号	符合性审查条款	响应情况	偏离说明
1			
2			
3			
4			
5			
6			
...			

说明：投标人应按招标文件第五章中“符合性审查表”逐项说明是否满足要求，如有偏离, 投标人应详细说明。未按照要求详细完整填写此表的后果由投标人自行承担。

投标人名称（公章）：_____

日期：_____年____月____ 日

技术、服务及商务评议对照表

投 标 人：_____

项目编号/包号：_____

项目名称：_____

序号	评分条款序号及内容	响应内容对应简述	偏离说明	对应页码
1				
2				
3				
4				
5				
6				
...				

- 说明：1. 投标人应按招标文件第五章中“评审因素及评分标准”条款逐项说明是否满足要求，如有偏离，投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。
2. 相关证明材料对应的页码填写到上表“对应页码”中。

投标人名称（公章）：_____

日期：_____年____月____日

技术、服务及商务要求响应、偏离说明表

投 标 人：_____

项目编号/包号：_____

项目名称：_____

序号	技术、服务及商务要求条款	响应内容对应简述	偏离说明	对应页码
1				
2				
3				
4				
5				
6				
...				

说明：投标人应对照招标文件第三章项目技术、服务及商务要求中条款逐项说明是否满足，并注明证明材料对应页码。如有偏离应详细说明。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供相应具体数值，未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人名称（公章）：_____

日期：_____年____月____日

1、 投标书

投标书

武汉理工大学、\${招标机构名称}：

依据贵方_____项目（项目编号/包号）招标的投标邀请，我方代表_____（姓名、职务）
经正式授权并代表投标人_____（投标人名称）提交本投标文件。

在此，我方宣布同意如下：

1. 《报价一览表》中规定的应提交和交付的_____（项目名称、项目编号/包号）货物（工程或服务）投标报价为_____（注明币种，并用大写和小写表述投标总价）；

2. 按招标文件的约定履行合同责任和义务；

3. 已详细审查全部招标文件，包括修正或补充文件（如有）；

4. 投标有效期为自递交投标文件截止之日起，共____个日历日；

5. 接受招标文件关于不予退还投标保证金的约定；

6. 提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

7. 承诺：我单位不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加本项目同一合同项下的政府采购活动情况。我单位不存在为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，再参加本项目的其他招标采购活动情况。

8. 与投标有关的一切正式往来信函请寄：

投标人：_____

地 址：_____

电话/传真：_____

电子邮件：_____

开户银行：_____

账号/行号：_____

投标人名称（公章）：_____

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：_____

日期：____年____月____日

2、 报价一览表

报价一览表

投标人名称:_____

项目编号/包号:_____ 项目名称: _____

序号	项目		内容
1	投标报价（小写）		
2	投标报价（大写）		
3	核心产品 （如有）	货物名称	
		制造商名称/国别(地区)	
		规格型号	
		数量	
		单价	
4	交货期		
5	质保期		
6	投标保证金		
7	提供货物的制造商企业规模		☐ 大型企业 ☐ 中型企业 ☐ 小型企业 ☐ 微型企业 说明：（非单一货物制造商请分别说明企业规模）
8	备注		

说明： 1. 报价用人民币表示，单位为“元”。

2. 价格应按照招标文件第二章“投标人须知”中第 12 条的要求进行报价。

3. 如果以文字表示的数值与以数字表示的数值不一致，以文字为准修正数字。

投标人名称（公章）： _____

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）： _____

日期： ____年__月__日

3、 报价明细表

报价明细表

投 标 人：_____

项目编号/包号：_____

项目名称：_____

序号	名称	品牌 型号规格	原产地和制造 商名称	数量	单价	分项合计
1						
2						
3						
4						
5						
6						
.....						
合计						

说明： 1. 币种单位与《报价一览表》一致，单位为“元”。

2. 应根据采购清单进行分项报价，报价范围应包含全部采购内容。报价明细表合计应与《报价一览表》中的投标总报价一致。

3. 未提供详细的分项报价表，导致的后果由投标人自行承担。

投标人名称（公章）：_____

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：_____

日期：____年__月__日

4、 报价范围以外的备品备件、耗材/服务价格表（如有）

报价范围以外的备品备件、耗材/服务价格表

投 标 人：_____

项目编号/包号：_____

项目名称：_____

序号	备品备件、耗材/服务名称（厂家、规格型号、产地）	单价	质保期外每年所需数量	备注
1				
2				
3				
4				
5				
6				
.....				

说明：

1. 币种单位与《报价一览表》一致，单位为“元”。
2. 投标人应提供投标范围以外的备品备件/服务价格表，如无此项则可不提供。本表报价不含在投标总报价中。
3. 投标人必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“备注”中填写，并作详细说明。

投标人名称（公章）：_____

日期：____年__月__日

5、 交纳投标保证金的银行凭证

交纳投标保证金的银行凭证

武汉理工大学、\${招标机构名称}：

（投标人全称）参加贵方组织的_____项目（项目编号/包号：_____）的政府采购活动。

按招标文件的规定，已递交人民币（大写）_____万元的投标保证金。

投 标 人	全 称			
	地 址			
	邮 编			
	联 系 人		联系电话	
	开 户 银 行			
	账 号			

投标人名称（公章）：_____

日期：_____

粘贴转账、电汇或网上银行凭证（清晰复印件）

说明：投标人应认真填写银行信息，与转账或电汇银行凭证的相关信息一致，采购代理机构将依据此凭证信息查退投标保证金。

6、 法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

企业名称：_____

企业性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（企业名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人名称（公章）：_____

日期：_____年____月____日

附：法定代表人身份证复印件（正面）

附：法定代表人身份证复印件（反面）

说明：

适用于投标人不授权代理人，而由法定代表人直接参加投标并签署投标文件的情况。

如投标人为自然人，可在此页作出说明并粘贴本人身份证复印件即可。

7、 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

武汉理工大学、\${招标机构名称}：

_____（投标人名称）在下面签名的_____（法定代表人姓名）代表本公司授权_____同志为我公司参加贵方组织的_____项目（项目编号/包号：_____）采购活动的投标人授权代表，全权代表我公司处理在该项目投标活动中的一切事宜。代理期限从_____年____月____日起至_____年____月____日止。

授权代表无转委托权。

特此声明。

日期：_____年____月____日

附：

投标人名称（公章）：_____

法定代表人（签名或盖章）：_____

授权代表（签名）：_____

授权代表身份证号码：_____

电话：_____

附：法定代表人身份证复印件（正面）

附：法定代表人身份证复印件（反面）

附：授权代表身份证复印件（正面）

附：授权代表身份证复印件（反面）

说明：投标人不委托授权代表，而由法定代表人直接参加投标时不需要此授权书。

自然人投标时不需要此授权书。

8、 资格证明材料

说明：

- 1) 投标人应按招标文件第四章——资格审查方法及标准《资格审查表》要求内容逐项提供相应证明文件；
- 2) 证明材料仅限于投标单位本身，参股或控股单位及独立法人子公司的材料不能作为证明材料，但投标单位兼并的企业的材料可作为证明材料。

附件一：部分资格材料格式要求——联合体协议书格式（适用于接受联合体投标的项目，如非联合体投标或项目不接受联合体投标，则无需提供）

联合体协议书

_____、_____、_____（所有成员单位名称）均具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，自愿组成_____（联合体名称）联合体，共同参加_____（项目编号/包号、项目名称）的投标并争取赢得本项目采购合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、_____（某成员单位名称）为_____（联合体名称）牵头人。

2、在本项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，承担各自所负的责任和风险，并向采购人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

_____承担项目采购合同金额的_____%，负责的工作为：_____；

_____承担项目采购合同金额的_____%，负责的工作为：_____；

.....

5、投标工作以及联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6、联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7、本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8、本协议书一式_____份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书由授权代表签名的，应附法定代表人签名的授权委托书。

牵头人名称：_____（盖单位章）

授权代表：_____（签名）

成员一名称：_____（盖单位章）

授权代表：_____（签名）

成员二名称：_____（盖单位章）

授权代表：_____（签名）

.....

_____年____月____日

无重大违法记录声明

武汉理工大学、\${招标机构名称}：

_____（投标人全称）参加_____（项目名称）（项目编号/包号）的政府采购活动，本单位郑重声明如下：

1. 参加本项目政府采购活动前三年内，本单位未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；
2. 参加本项目政府采购活动前三年内，本单位未受到过全国各级人民政府财政部门依法作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定；
3. 如上述声明内容不实，本单位自愿接受政府采购监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》关于提供虚假材料的规定给予处罚。

我方保证上述信息的完整、客观、真实、准确，并愿意承担我方因提供虚假材料骗取中标、成交所引起的一切法律后果。

特此声明！

投标人名称（公章）：_____

日期：_____年____月____日

附件三：部分资格材料格式要求——中小企业声明函（非此类企业则无需提供）

中小企业声明函（货物）

武汉理工大学、\${招标机构名称}：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

说明：如以联合体方式参与本项目投标的投标人，则应由联合体各方盖章。

附表

统计上大中小微型企业划分标准

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业*	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业*	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：

1. 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2. 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3. 企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

附件四：部分资格材料格式要求——残疾人福利性单位声明函（非此类企业则无需提供）

残疾人福利性单位声明函（货物）

武汉理工大学、\${招标机构名称}：

本单位（联合体）郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位（详见“残疾人福利性单位应当满足的条件”）。

本单位（联合体）参加_____单位（采购人名称）的_____项目（项目编号/包号）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的残疾人福利性单位制造。（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物，不包括使用大型企业注册商标的货物），具体情况如下：

- 1. （标的名称），制造商为 （企业名称），属于 （残疾人福利性单位）；
- 2. （标的名称），制造商为 （企业名称），属于 （残疾人福利性单位）；
-

1						
2						

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1、组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与残疾人福利性单位之间不得存在投资关系。

2、如以联合体方式参与本项目投标，则应由联合体各方盖章。

投标人名称（公章）：_____

日期：_____年____月____日

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- （一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；
- （二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
- （三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
- （四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
- （五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

附件五：部分资格材料格式要求（*非此类企业则无需提供*）

1. 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件
2. 纳入创新产品应用示范推荐目录内的企业出具相关证明文件

附件六：部分资格材料格式要求——投标人关联企业情况

投标人关联企业情况

1.与我公司单位负责人为同一人的其他单位名称：

口无；

口有：_____

2.与我公司存在控股、管理关系的其他单位的名称：

口无；

口有：_____

投标人名称（公章）：_____

日期：____年__月__日

说明：

- 1.单位负责人指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；
- 2.控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接的控股或管理关系。

附件七：小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位货物汇总表

小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位货物汇总表

（非此类企业不填写此表）

投标人：_____

项目编号/包号：_____

项目名称：_____

序号	制造商名称	货物名称	规格型号	数量	单价	分项 合计	对应页码
1							
2							
3							
4							
5							
6							
...							
合计							

说明： 1. 所有价格均用人民币表示，单位为元。

2. 投标人提供的相关证明文件对应页码填写到上表“对应页码”中。

投标人名称（公章）：_____

日期：____年____月____日

附件八：关于符合本国产品标准的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如适用）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1）¹，生产厂为（厂名，应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致）²，厂址为（生产厂址，应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（产品名称1）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名，应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致），厂址为（生产厂址，应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

财政部会同有关部门规定的有关证明文件

（出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。）

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例

（当采购项目或者采购包中含有多种产品，当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商应声明为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例。）

致：采购人或采购代理机构

我方为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为____%。

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

注：

依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定。

附：中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

投标人认为需要提供的其他资格证明材料或情况说明（如有）

9、节能环保产品清单及证明材料（没有则不填写此表）

节能环保产品清单及证明材料

投 标 人：_____

项目编号/包号：_____

项目名称：_____

1) 节能产品

序号	设备名称	制造商名称	品牌	型号	数量	单价 (万元)	总价 (万元)	备注
1								
2								
3								

2) 环保产品

序号	设备名称	制造商名称	品牌	型号	数量	单价 (万元)	总价 (万元)	备注
1								
2								
3								

说明：投标人应将所提供产品中属于节能、环保产品分别列入上表中，并按要求提供《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019 年第 16 号）》中所列认证机构）出具的、处于有效期之内的节能、环保产品认证证书，未填写本表或证明资料不全的不予认定。

投标人名称（公章）：_____

日期：____年____月____日

10、 制造厂家（进口产品国内总代理）授权书/售后服务承诺函（如需，格式自定）

11、 项目负责人、技术负责人简历表及证明材料

项目负责人、技术负责人简历表

投 标 人：_____

项目编号/包号：_____

项目名称：_____

姓 名		性 别		年 龄	
职 务		职 称		学 历	
参加工作 时间		从事本行业工 作年限		个人专业资质 及证书	
个人简介					
类似项目经验					
项目单位	项目名称	项目内容	项目金额	项目时间	

说明：投标文件应附完整的相关证明材料清晰复印件加盖投标人公章，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。

投标人名称（公章）：_____

日期：_____年____月____日

12、项目组成员一览表及证明材料

项目组成员一览表及证明材料

投 标 人：_____

项目编号/包号：_____

项目名称：_____

序号	姓 名	专 业	年 龄	从事本行业 工作年限	在本项目中承担 的工作	个人专业资质及 证书
1					项目负责人	
2						
3						
4						
5						
6						
...						

说明：投标文件应附完整的相关证明材料清晰复印件并加盖投标人公章，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。

投标人名称（公章）：_____

日期：_____年____月____日

13、 类似项目业绩表及证明材料

类似项目业绩表

投 标 人：_____

项目编号/包号：_____

项目名称：_____

序号	业主单位	业主单位 联系人、电话	项目名称	项目经理	项目内容	合同金额	合同签订日期	备注
1								
2								
3								
...								

说明：1. 每个项目应单独附相关证明材料（如中标通知书或合同首页、合同金额所在页、合同签字盖章页扫描件），未按照要求提供导致的后果由投标人自行承担。

2. 项目内容应详细说明所承担的具体工作内容等。

投标人名称（公章）：_____

日期：_____年____月____日

14、 技术、服务及商务文件

技术、服务及商务文件

（一）由投标人根据第三章 技术、服务及商务要求自行编写，格式自拟

（二）招标文件要求或投标人认为需提供其他材料或情况说明（如有）